

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

**Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування апаратів штучної вентиляції легенів, та апаратів для анестезії, згідно ДК 021:2015 – 50420000-5
Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.**

Формування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі здійснено через збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну, до якої відноситься в тому числі: інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Беручи до уваги попередні періоди.

Джерело фінансування закупівлі: Кошти НСЗУ.

Додаток №4 до тендерної документації (додається на 1 арк.)



**Уповноважена особа
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ» ЗМР
Черніта М.В.**

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування апаратів штучної вентиляції легенів, та апаратів для анестезії, згідно ДК 021:2015 – 50420000-5
Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер: 22442)	Посл.	1
	Перелік обов'язкових процедур, що входять до складу послуги:		
1.1	Розбирання та збирання		1
1.2	Чистка		1
1.3	Заміна HEPA фільтра		1
1.4	Заміна датчика кисню		1
1.5	Заміна фільтрів від пилу		1
1.6	Заміна акумуляторної батареї		1
1.7	Проведення повної калібровки		1
1.8	Проведення загального тестування		1
2	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер: 4175)	Посл.	1
	Перелік обов'язкових процедур, що входять до складу послуги:		
2.1	Розбирання та збирання		1
2.2	Чистка		1
2.3	Заміна HEPA фільтра		1
2.4	Заміна датчика кисню		1
2.5	Заміна фільтрів від пилу		1
2.6	Проведення повної калібровки		1
2.7	Проведення загального тестування		1
3	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер: 3452)	Посл.	1
	Перелік обов'язкових процедур, що входять до складу послуги:		
3.1	Розбирання та збирання		1
3.2	Чистка		1
3.3	Заміна HEPA фільтра		1

3.4	Заміна датчика кисню		1
3.5	Заміна фільтрів від пилу		1
3.6	Проведення повної калібровки		1
3.7	Проведення загального тестування		1
4	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер: 32511)	Посл.	1
	Перелік обов'язкових процедур, що входять до складу послуги:		
4.1	Розбирання та збирання		1
4.2	Чистка		1
4.3	Заміна HEPA фільтра		1
4.4	Заміна датчика кисню		1
4.5	Заміна фільтрів від пилу		1
4.6	Проведення повної калібровки		1
4.7	Проведення загального тестування		1
5	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер: 31222)	Посл.	1
	Перелік обов'язкових процедур, що входять до складу послуги:		
5.1	Розбирання та збирання		1
5.2	Чистка		1
5.3	Заміна HEPA фільтра		1
5.4	Заміна датчика кисню		1
5.5	Заміна фільтрів від пилу		1
5.6	Проведення повної калібровки		1
5.7	Проведення загального тестування		1
6	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарат для анестезії Leon (серійний номер: 0200020HUL00302080)	Посл.	1
	Перелік обов'язкових процедур, що входять до складу послуги:		
6.1	Блок апарата:		
6.1.1	Розбирання та збирання апарата		1
6.1.2	Чистка апарата		1
6.1.3	Заміна щорічного сервісного комплекта №3 модуля пацієнта		1

6.1.4	Заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекта №2		1
6.1.5	Заміна щорічного сервісного комплекта №1 док станції		1
6.1.6	Заміна комплекта акумуляторних батарей		1
6.1.7	Заміна адаптера датчика кисню		1
6.1.8	Заміна датчика кисню		1
6.1.9	Калібрування апарата		1
6.1.10	Тестування апарата		1
6.2	Повітряний компресор (серійний номер: A7350)		
6.2.1	Розбирання та збирання компресора		1
6.2.2	Чистка компресора		1
6.2.3	Заміна редуктора високого тиску		1
6.2.4	Заміна сервісного комплекта компресора		1
6.2.5	Заміна фільтра системи охолодження		1
6.2.6	Тестування компресора		1
7	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарат для анестезії Leon (серійний номер: 0200020HUL00302540)	Посл.	1
	Перелік обов'язкових процедур, що входять до складу послуги:		
7.1	Блок апарата:		
7.1.1	Розбирання та збирання апарата		1
7.1.2	Чистка апарата		1
7.1.3	Заміна щорічного сервісного комплекта №3 модуля пацієнта		1
7.1.4	Заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекта №2		1
7.1.5	Заміна щорічного сервісного комплекта №1 док станції		1
7.1.6	Заміна датчика кисню		1
7.1.7	Заміна клапана APL		1
7.1.8	Заміна шпінделя ротаметра		1
7.1.9	Калібрування апарата		1
7.1.10	Тестування апарата		1
7.2	Повітряний компресор (серійний номер: A6929).		
7.2.1	Розбирання та збирання компресора		1
7.2.2	Чистка компресора		1

7.2.3	Заміна вологозбірника до компресора		1
7.2.4	Заміна сервісного комплекта компресора		1
7.2.5	Тестування компресора		1
8	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарат для анестезії Leon (серійний номер: 0200020HUL00301733)	Посл.	1
	Перелік обов'язкових процедур, що входять до складу послуги:		
8.1	Блок апарата:		
8.1.1	Чистка апарата		1
8.1.2	Розбирання та збирання апарата		1
8.1.3	Заміна щорічного сервісного комплекта №3 модуля пацієнта		1
8.1.4	Заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекта №2		1
8.1.5	Заміна щорічного сервісного комплекта №1 док станції		1
8.1.6	Ремонт кнопки O2-flush		1
8.1.7	Заміна скла блока ротаметрів		1
8.1.8	Заміна датчика кисню		1
8.1.9	Заміна мішка дихального		1
8.1.10	Калібрування апарата		1
8.1.11	Тестування апарата		1
8.2	Повітряний компресор (серійний номер: A8237).		
8.2.1	Розбирання та збирання компресора		1
8.2.2	Чистка компресора		1
8.2.3	Заміна сервісного комплекта компресора		1
8.2.4	Заміна фільтра системи охолодження		1
8.2.5	Тестування компресора		1

Вимоги до учасників

Послуги з технічного обслуговування повинні забезпечувати:

- гарантований робочий стан обладнання;
- безпеку функціонування обладнання для лікаря (лаборанта) та пацієнта завдяки обслуговуванню сертифікованими фахівцями згідно норм та правил підприємства-виробника;
- запобігання виходу з ладу обладнання завдяки технічному нагляду та проведенню сервісних робіт.

Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (надати копію(і) сертифікату(ів) про навчання від виробника вказаного медичного обладнання або організацією, уповноваженою на це виробником)

Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

Надання послуг передбачає приїзд інженера за адресою Замовника.

Приїзд інженера за адресою Замовника повинен бути здійснений протягом двох робочих днів з моменту отримання учасником – виконавцем заявки від Замовника.

Гарантія на надані послуги повинна становити не менше 6 місяців.

Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування .

Роботи щодо технічного огляду та ремонту проводяться на основі вимог і рекомендацій технічної і експлуатаційної документації кожного виду медичної техніки.

Учасник подає пропозицію на весь комплекс робіт з технічного огляду та ремонту та на весь перелік техніки (обладнання).

Ми, _____ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги* Замовника, зазначені у цій тендерній документації

Посада

(підпис) М.П.

П.І.Б.