

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

**Сервісні роботи та технічне обслуговування рентгенівського обладнання (згідно комплексів, апаратів, та систем)
згідно ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.**

Лот №1

**Перелік обладнання: Цифрова рентгенографічна система FDR Smart X FGXR-52S,
Цифрова мобільна рентгенографічна система DR-XD 1000 MBL E, Медичний лазерний принтер сухого друку DRYPIX SMART 200V: E**

Лот №2

Перелік обладнання: Рентгенографічна система MOVIPLAN (серійний номер 21024316)

Визначено на підставі заявленої потреби на основі рапорту завідуючої рентгенологічного відділення вх. №188 для забезпечення діяльності замовника з надання медичної допомоги населенню у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до аналогічних вимог на такі послуги відповідно до попередніх періодів.

Джерело фінансування закупівлі: Кошти НСЗУ

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на послуги за попередні періоди діяльності замовника, та періодичності в отриманні вказаних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована внаслідок проведеної поетапної роботи було визначено очікувану вартість закупівлі.



**Уповноважена особа
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ» ЗМР
Черніта М.В.**

Сервісні роботи та технічне обслуговування рентгенівського обладнання (згідно комплексів, апаратів, та систем)

згідно ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Лот №1 Перелік обладнання: Цифрова рентгенографічна система FDR Smart X FGXR-52S, Цифрова мобільна рентгенографічна система DR-XD 1000 MBL E, Медичний лазерний принтер сухого друку DRYPIX SMART 200V: E

1. Виконавець проводить технічне обслуговування обладнання відповідно до узгодженого обома сторонами графіку.
2. У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, Учасник повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 3-х (трьох) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення замовника.
3. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів та затрати на приїзд сервісного інженера для проведення технічного обслуговування.
4. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місце знаходження, щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення).
5. Послуга повинна надаватися персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід з технічного обслуговування та ремонту рентгенівських систем (надати у складі тендерної пропозиції сертифікати спеціалістів (інженерів) про проходження відповідного навчання).
6. Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ в якому зазначено модель рентгену).
7. Копія ліцензії виданої ДІЯРУ на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, з обов'язковим зазначенням права займатися технічним обслуговуванням даного виду обладнання.

Технічне обслуговування

1. Щодо Цифрової рентгенографічної системи FDR Smart X FGXR-52S:

- Перевірка системних логів;
- Перевірка кількості виконаних сканів;
- Перевірка та змащення рухомих механізмів системи;
- Чистка повітряних фільтрів системи;
- Візуальний огляд системи та чистка;
- Створення резервної копії системи.

Період виконання робіт включає 2 виїзди для надання послуг.

2. Щодо Цифрової мобільної рентгенографічної системи DR-XD 1000 MBL E:

- Перевірка системних логів;
- Перевірка кількості виконаних сканів;
- Перевірка та змащення рухомих механізмів системи;
- Чистка повітряних фільтрів системи;
- Візуальний огляд системи та чистка;
- Створення резервної копії системи.

Період виконання робіт включає 2 виїзди для надання послуг.

3. Щодо Медичного лазерного принтера сухого друку DRYPIX SMART 200V: E

- Перевірка системних логів;

- Перевірка та змащення рухомих механізмів системи;
 - Чистка повітряних фільтрів системи.
- Період виконання робіт включає 2 виїзди для надання послуг.

Ми, _____ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги* Замовника, зазначені у цій тендерній документації

Посада

(підпис) М.П.

П.І.Б.

Сервісні роботи та технічне обслуговування рентгенівського обладнання (згідно комплексів, апаратів, та систем)

згідно ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Лот №2 Перелік обладнання: Рентгенографічна система MOVIPLAN (серійний номер 21024316)

1. Виконавець проводить технічне обслуговування обладнання відповідно до узгодженого обома сторонами графіку.
2. У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, Учасник повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 3-х (трьох) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення замовника.
3. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів та затрати на приїзд сервісного інженера для проведення технічного обслуговування.
4. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місце знаходження, щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення).
5. Послуга повинна надаватися персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід з технічного обслуговування та ремонту рентгенівських систем (надати у складі тендерної пропозиції сертифікати спеціалістів (інженерів) про проходження відповідного навчання).
6. Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ в якому зазначено модель рентгену).
7. Копія ліцензії виданої ДІЯРУ на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, з обов'язковим зазначенням права займатися технічним обслуговуванням даного виду обладнання.

Технічне обслуговування рентгенографічної системи MOVIPLAN

№ п/п	Найменування	кількість
-------	--------------	-----------

1.

1. Візуальна перевірка цілісності кабелів, ізоляції, захисних кришок та кожухів

1 послуга

2. Калібрування та перевірка роботи блоку автоматичного контролю експозиції (АКЕ) (при наявності)

Технічне обслуговування (ТО) столу

- Перевірка гальм деки столу
- Перевірка поперечного та повздовжнього руху деки столу
- Перевірка механізму управління підйомом столу (при наявності)
- Перевірка кріплення захисних кришок столу
- Перевірка стану касето тримача

ТО колони

- Перевірка кріплення кабелів колони
- Перевірка функціональності гальм кронштейна рентгенівської трубки
- Перевірка механізму повороту колони
- Перевірка механізму обертання рентгенівської трубки

ТО вертикальної стійки знімків

- Перевірка гальм вертикального руху
- Перевірка стану касето тримача

ТО плоскопанельного детектора

- Оцінка якості зображення
- Калібрування детектора (рекомендується при втраті однорідності зображення та битих пікселів)

Ми, _____ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації*

П/К створили кошти з/с
и КС...
Вік...
15...
16.02.24

Генеральному директору
КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня»
Борису В.М.

завідуючої рентгенологічного відділення
Процик Лілії Анатоліївни

Рапорт

Прошу виділити кошти на оплату послуги з проведення технічного обслуговування в 2024 році слідуючих рентгенодіагностичних апаратів:

1. Комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК ВСМ-18, рентгенкабінет хірургічної поліклініки;
2. Рентгенівський стаціонарний флюорограф з цифровою обробкою зображення 12Ф7ЦОЗ, рентгенкабінет поліклініки №513;
3. Система рентгеноскопична КМС-650, рентгенкабінет травматологічного пункту;
4. Цифровий рентгенівський діагностичний комплекс FDR Smart X FGXR-52S, рентгенкабінет поліклініки №516;
5. Комп'ютерний томограф Siemens SOMATOM go.All, КТ-діагностичний кабінет відділення екстреної медичної допомоги;
6. Цифрова рентгенографічна мобільна система з DR-XD 1000 MBL E, рентгендіагностичний кабінет відділення екстреної медичної допомоги;
7. Цифровий рентгенографічний комплекс Moviplan, рентгендіагностичний кабінет відділення екстреної медичної допомоги.

16.02.24р.

Гіросенз
16.02.24

Вас Вершини
Мунт; Шкадрис

Комунальне некомерційне підприємство
«Звягельська багатопрофільна лікарня»
Звягельської міської ради
ВХІДНИЙ № 188
" 16 " 02 20 24 р.