

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"  
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13  
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: [novogradtmo@gmail.com](mailto:novogradtmo@gmail.com)

---

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

**Технічне обслуговування аналізатора гематологічного BC-6000 Mindray та  
біохімічного автоматичного BS-430, Mindray**

**згідно ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування  
медичного та хірургічного обладнання.**

Визначено на підставі заявленої потреби на основі рапорту т.в.о. завідувачої КДЛ вх. №507 для забезпечення діяльності замовника з надання медичної допомоги населенню у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до аналогічних вимог на такі послуги відповідно до попередніх періодів.

Джерело фінансування закупівлі: Кошти НСЗУ

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на послуги за попередні періоди діяльності замовника, та періодичності в отриманні вказаних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована внаслідок проведеної поетапної роботи було визначено очікувану вартість закупівлі.



**Уповноважена особа  
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА  
БАГАТОПРОФІЛЬНА  
ЛІКАРНЯ» ЗМР  
Черніма М.В.**

*Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі*

**Технічне обслуговування аналізатора гематологічного BC-6000 Mindray та біохімічного автоматичного BS-430, Mindray**

згідно ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

№	Назва послуги	К-ть
1.	Послуги з технічного обслуговування аналізатора гематологічного BC-6000, Mindray	1 послуга
2.	Послуги з технічного обслуговування аналізатора біохімічного автоматичного BS-430, Mindray	1 послуга

**Послуги з технічного обслуговування аналізатора гематологічного BC-6000, Mindray**

№	Перелік	Значення
1.	Послуги з технічного обслуговування аналізатора гематологічного BC-6000, Mindray	
-	Технічний огляд та виявлення несправностей	1
-	Очистка вентиляторів	1
-	Очистка клапанів систем зливу	1
-	Очистка резервуарів з відходами	2
-	Очистка зовнішніх поверхонь аналізатора	1
-	Перевірка тиску в системі	1
-	Перевірка напруги в системі	1
-	Перевірка дозуючих шприців	2
-	Перевірка роботи системи подачі штативів	1
-	Перевірка герметичності гідросистеми	1
-	Перевірка пневмосистеми	1
-	Очистка гідросистеми	1
-	Заміна пробозабірної голки (за необхідності) в залежності від кількості циклів	1
-	Набір з обслуговування	1

1. Ремонтний набір входить до складу ціни обслуговування
  2. Наявність сертифіката для проведення робіт у медичних закладах (надати копію сертифікату на систему якості підприємства (сертифікат ISO 9001 2015, міжнародного зразка))
  3. Інформація про сервісний центр (центри) в Україні та його (їх) адреса (адреси)
- Технічне обслуговування обладнання повинне проводитись фахівцем, який пройшов навчання у виробника обладнання - Надати сертифікат інженера

**Послуги з технічного обслуговування аналізатора біохімічного автоматичного BS-430, Mindray**

№	Перелік	Значення
<b>1.</b>	<b>Послуги з технічного обслуговування аналізатора біохімічного автоматичного BS-430, Mindray</b>	
-	Технічний огляд та виявлення несправностей	2
-	Очистка пилових екранів (за необхідності)	2
-	Очистка вентиляторів (за необхідності)	2
-	Очистка промивних станцій	2
-	Очистка резервуару деіонізованої води (за необхідності)	2
-	Заміна серединного фільтру деіонізованої води (за необхідності) резервуару	2
-	Очистка резервуару промивного розчину (за необхідності)	2
-	Очистка відсіку для проб/реагентів (за необхідності)	2
-	Очистка зовнішніх поверхонь аналізатора (за необхідності)	2
-	Спеціальна промивка	2
-	Очистка міксера	2
-	Перевірка, зовнішня/внутрішня очистка пробозабірної голки	2
-	Перевірка, зовнішня/внутрішня очистка голки забору реагентів	2
-	Заміна фільтру деіонізованої води	1
-	Заміна фільтру промивного розчину	1
-	Заміна прокладки пробозабірної голки (за необхідності)	1
-	Заміна лампи	2
-	Заміна зношених/забруднених трубок гідравлічної системи	1
-	Перевірка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) шприца реагентів та проб	1
-	Перевірка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) шприца дозування реагентів	1
-	Видалення повітря з шприца реагентів та проб (за необхідності)	2
-	Перевірка кювет, та їх заміна (за необхідності)	2
-	Перевірка блоку подачі води (за необхідності)	1
-	Перевірка фотометра	2
-	Перевірка насосу для відходів (за необхідності)	2
-	Перевірка шприца деіонізованої води	2
-	Перевірка шприца промивного розчину	2
-	Набір з обслуговування, та кювети	1

1. Ремонтний набір входить до складу ціни обслуговування
2. Наявність сертифіката для проведення робіт у медичних закладах (надати копію сертифікату на систему якості підприємства (сертифікат ISO 9001 2015, міжнародного зразка))
3. Інформація про сервісний центр (центри) в Україні та його (їх) адреса (адреси)

4. Технічне обслуговування обладнання повинне проводитись фахівцем, який пройшов навчання у виробника обладнання - Надати сертифікат інженера

Ми, \_\_\_\_\_ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги* Замовника, зазначені у цій тендерній документації

\_\_\_\_\_

Посада

\_\_\_\_\_

(підпис) М.П.

\_\_\_\_\_

П.І.Б.