

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"  
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13  
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: [novogradtmo@gmail.com](mailto:novogradtmo@gmail.com)

---

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

***Технічне обслуговування аналізаторів***

***ЛОТ №1***

***Технічне обслуговування аналізаторів гематологічного BS-6000 Mindray, біохімічного автоматичного BS-430, Mindray, хемілюмінесцентного імунологічний аналізатора CL-900i Mindray.***

***ЛОТ №2***

***Технічне обслуговування аналізатора Mythic 18***

***Код згідно ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання).***

Визначено на підставі заявленої потреби на основі рапорту завідуючої клініко-діагностичною лабораторією вх. №65 для забезпечення діяльності замовника з надання медичної допомоги населенню з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до аналогічних вимог на послуги відповідно до попередніх періодів, та згідно технічних регламентів лабораторного обладнання.

Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на послуги, згідно пропозицій. (Додаються)

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована внаслідок проведеної поетапної роботи було визначено очікувану вартість закупівлі.



**Уповноважена особа  
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА  
БАГАТОПРОФІЛЬНА  
ЛІКАРНЯ» ЗМР  
Черніта М.В.**

Технічна специфікація до предмета закупівлі

**Технічне обслуговування аналізаторів**

**ЛОТ №1**

**Технічне обслуговування аналізаторів гематологічного BS-6000 Mindray, біохімічного автоматичного BS-430, Mindray, хемілюмінесцентного імунологічний аналізатора CL-900i Mindray.**

№	Найменування послуги	Кількість послуг,
1.	<p align="center"><b>Послуги з технічного обслуговування аналізатора гематологічного BS-6000, Mindray</b> <b>1 - послуга</b></p>	
<i><b>Перелік необхідних процедур</b></i>		
-	Технічний огляд та виявлення несправностей	1
-	Очистка вентиляторів	1
-	Очистка клапанів систем зливу	1
-	Очистка резервуарів з відходами	2
-	Очистка зовнішніх поверхонь аналізатора	1
-	Перевірка тиску в системі	1
-	Перевірка напруги в системі	1
-	Перевірка дозуючих шприців	2
2.	<p align="center"><b>Технічне обслуговування аналізатора біохімічного автоматичного BS-430, Mindray</b> <b>1 - послуга</b></p>	
<i><b>Перелік необхідних процедур</b></i>		
-	Технічний огляд та виявлення несправностей	2
-	Очистка пилових екранів (за необхідності)	2
-	Очистка вентиляторів (за необхідності)	2
-	Очистка промивних станцій	2
-	Очистка резервуару деіонізованої води (за необхідності)	2
-	Заміна серединного фільтру деіонізованої води (за необхідності) резервуару	2
-	Очистка резервуару промивного розчину (за необхідності)	2
-	Очистка відсіку для проб/реагентів (за необхідності)	2
-	Очистка зовнішніх поверхонь аналізатора (за необхідності)	2

-	Спеціальна промивка	2
-	Очистка міксеру	2
-	Перевірка, зовнішня/внутрішня очистка пробозабірної голки	2
-	Перевірка, зовнішня/внутрішня очистка голки забору реагентів	2
-	Заміна фільтру деіонізованої води	1
-	Заміна фільтру промивного розчину	1
-	Заміна прокладки пробозабірної голки (за необхідності)	1
-	Заміна лампи	2
-	Заміна зношених\забруднених трубок гідравлічної системи	1
-	Перевірка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) шприца реагентів та проб	1
-	Перевірка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) шприца дозування реагентів	1
-	Видалення повітря з шприца реагентів та проб (за необхідності)	2
-	Перевірка (заміна за необхідності) кювет	1
-	Перевірка блоку подачі води (за необхідності)	1
-	Перевірка фотометра	2
-	Перевірка насосу для відходів (за необхідності)	2
-	Перевірка шприца деіонізованої води	2
-	Перевірка шприца промивного розчину	2
-	Набір з обслуговування	1
<b>3.</b>	<b>Послуги з технічного обслуговування хемілюмінесцентного імунологічний аналізатора CL-900i (BK2)</b>	
	<b>1 - послуга</b>	
<b><i>Перелік необхідних процедур</i></b>		
-	Технічний огляд та виявлення несправностей	2
-	Очистка кришки резервуару промивного буферу	2
-	Чистка оптопар та змащування рухомих елементів (за необхідності)	1
-	Перевірка/очистка шприців промивного буферу	2
-	Очистка пилових екранів	2
-	Очистка маніпулятора для захоплення кювет	2
-	Заміна пружини маніпулятора	1
-	Заміна трубок перистальтичної помпи (для CL-900i нової генерації)	1
-	Перевірка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) голок подачі субстрату	1

-	Перевірка/очистка зливного резервуару блоку субстратів	1
-	Очистка вентиляторів	1
-	Перевірка повітряної помпи	2
-	Перевірка/очистка дисперсійної каруселі	1
-	Калібрування сенсора виявлення бульбашок повітря в промивному буфері	1
-	Перевірка струмів охолоджуючих пластин	2
-	Перевірка, зовнішня/внутрішня очистка пробозабірної голки	1
-	Очистка отвору вортексера, промивної станції	1
-	Очистка (заміна за необхідності, не більше 1р. на рік) аспіраційних голок дисперсійної каруселі	2
-	Очистка дозуючих голок дисперсійної каруселі	2
-	Процедура щоденної очистки	1
-	Діагностичні тести для перевірки функціонування системи	2

#### Вимоги до учасників

- Ремонтний набір входить до складу ціни обслуговування
- Інформація про сервісний центр (центри) в Україні та його (їх) адреса (адреси)
- Технічне обслуговування обладнання повинне проводитись фахівцем, який пройшов навчання у виробника обладнання - Надати сертифікат інженера
- На підтвердження вимог по якості надаються копії діючих на момент подачі пропозиції сертифікатів ISO, що наявні у Учасника.

Ми, \_\_\_\_\_ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги* Замовника, зазначені у цій тендерній документації

\_\_\_\_\_  
 Посада (підпис) М.П. П.І.Б.

#### *Технічне обслуговування аналізаторів*

#### *ЛОТ №2*

#### *Технічне обслуговування аналізатора Mythic 18*

№	Найменування послуги	Кількість послуг,
1.	Технічне обслуговування аналізатора Mythic 18 1 - послуга	
<i>Перелік необхідних процедур</i>		
-	Обслуговування блоку pomp, сальників, юстування позиціонування.	1

-	Обслуговування блоку клапанів, трубок блоку підрахунку.	1
-	Обслуговування механізму переміщення голки, юстування оптодатчиків.	1
-	Обслуговування вузла промивання, ущільнювачів та головки промивача.	1
-	Обслуговування механізму забирання проби, юстування оптодатчика. Перевірка та регулювання позиції голки.	1
-	Регулювання параметрів фотометра.	1
-	Перевірка та регулювання параметрів банків крові, параметрів вакуумної системи та стабільності рівня вакууму.	1
-	Калібрування системи дотику ЖК екрана.	1
-	Настройка підсилювача по каналах WBC, RBC, PLT з використанням Latex. Перевірка температурного режиму підсилювача та материнської плати.	1

#### **Вимоги до учасників**

- Ремонтний набір входить до складу ціни обслуговування
- Інформація про сервісний центр (центри) в Україні та його (їх) адреса (адреси)
- Технічне обслуговування обладнання повинне проводитись фахівцем, який пройшов навчання у виробника обладнання - Надати сертифікат інженера

Ми, \_\_\_\_\_ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги* Замовника, зазначені у цій тендерній документації

\_\_\_\_\_

Посада

\_\_\_\_\_

(підпис) М.П.

\_\_\_\_\_

П.І.Б.

Копія згідно некомп'ютеризованого підприємства  
 «Варшавська батальонна лікарня»  
 Зварельської міської ради  
 Вхідний № 63  
 17.01.25

14.01.25

Сьогодні ввечері прийшли нові ліки

*[Handwritten signature]*

аналізи крові, сечі, калу  
 № 18-19

Діагностичні тестування  
 згідно протоколу № 1-2001

«Діагностичні тестування»  
 № 1-2001  
 згідно протоколу № 1-2001

Термін дії ліків

Ліки згідно рецепта на

*[Handwritten signature]*

Телефонний номер  
 КНП «Здоров'я»  
 в с. Зварелі  
 Б. Голуб  
 М. Б. Голуб  
 17.01.25

17 КСмодіасекс ДС  
 в КСмодіасекс ДС  
 17.01.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЛР»

Код за ЄДРПОУ: 42820893

01021 м. Київ, вул. Печерський узвіз, 13, офіс 132

Тел.: +38 (044) 494 42 42

e-mail:

## Комерційна пропозиція № ЛР115518 від 27 грудня 2024 р.

У відповідь на Ваш запит надсилаємо Вам комерційну пропозицію на постачання наступної продукції:

№	Товар	Модиф.	Кіл-ть	Од.	Ціна без ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, грн	Сума з ПДВ, грн
1	Технічне обслуговування аналізатора біохімічного BS-430 (YW-9B003517) з використанням профілактичного набору та кювет		1,000	послуга	28 166,70	33 800,04	33 800,04
2	115-075400-00 Maintenance Kit [BS-430]		1,000	шт	61 495,00	73 794,00	73 794,00
3	Технічне обслуговування аналізатора гематологічного BC-6000 (TU-06001346) з використанням профілактичного набору		1,000	послуга	6 500,00	7 800,00	7 800,00
4	115-056984-00 Набір для ТО [BC-6000/6200]		1,000	шт	44 916,00	53 899,20	53 899,20
5	Технічне обслуговування хемілюмінесцентного імунологічного аналізатора CL-900i (BK2-2A000322)		1,000	послуга	21 667,00	26 000,40	26 000,40

**Всього без ПДВ:** 162 744,70

**Всього ПДВ:** 32 548,94

**Всього з ПДВ:** 195 293,64

Всього на суму: 195 293,64 грн.

**Сума прописом: Сто дев'яносто п'ять тисяч двісті дев'яносто три гривні 64 копійки**

Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо повідомити Ваше рішення. За умовами оплати та постачання готові врахувати Ваші побажання. Дякуємо за цікавість, виявлену до нашої продукції. Сподіваємось на взаємовигідну співпрацю.

**Комерційна пропозиція № ХЮ000050 від 14 січня 2025 р.**

Кому: Комунальне некомерційне підприємство «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської ради

Добрий день!

Відповідно до Вашого запиту наша компанія може запропонувати наступні товари:

№	Кат.№	Найменування	Модиф.	Кількість	Од.	Ціна без ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, грн	Сума з ПДВ, грн
1		Платний ремонт біохімічно автоматичного аналізатора Міндрей 430		1,000	послуг а	32 500,10	39 000,12	39 000,12
2	075400-00	набір для проведення обслуговування біохіміка 430		1,000	шт	70 955,90	85 147,08	85 147,08
3		Платний ремонт автоматичного гематологічного аналізатора ВС-6000, Міндрей		1,000	послуг а	7 500,05	9 000,06	9 000,06
4	056984-00	Набір для обслуговування гематолога ВС-6000		1,000	шт	51 826,25	62 191,50	62 191,50
5		Платний ремонт ІХЛА 900i		1,000	послуг а	25 000,45	30 000,54	30 000,54

**Сума без ПДВ: 187 782,75**
**Сума ПДВ: 37 556,55**
**Сума з ПДВ: 225 339,30**

Всього на суму: 225 339,30 грн.

**Сума прописом: Двісті двадцять п'ять тисяч триста тридцять дев'ять гривень 30 копійок**

З повагою та надією на взаємовигідну співпрацю,

Директор



Литвиненко Ю.М.

Виконавець:

Литвиненко Ю.М.

Директор

(097) 099 55 44

 e-mail: [y.litvinenko@llg-ukraine.com](mailto:y.litvinenko@llg-ukraine.com)



Вих. № 12  
 від 10.01.2025 року

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА  
 ЛІКАРНЯ» ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

*м. Звягель, вул. Оржевської Наталії, 13*

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 12**

Технічний відділ ТОВ «ЛАБЛАЙФ» пропонує Вашій увазі комерційну пропозицію на обслуговування лабораторного обладнання з гарантією 12 місяців:

№ з/п	Артикул	Назва послуги	Од. вимір.	Кіл-ть	Ціна за од. без ПДВ грн.	Сума без ПДВ грн.
1		Технічне обслуговування аналізатора Mythic 18	послуга	1	12 575,00	12 575,00

**Разом без ПДВ** 12 575,00 грн.  
**ПДВ 20 %** 2 515,00 грн.  
**РАЗОМ до сплати** **15 090,00 грн.**  
*(п'ятнадцять тисяч дев'яносто гривень 00 коп.)*

**ПЕРЕЛІК РОБІТ:**

1. Обслуговування блоку pomp, сальників, юстування позиціонування.
2. Обслуговування блоку клапанів, трубок блоку підрахунку.
3. Обслуговування механізму переміщення голки, юстування оптодатчиків.
4. Обслуговування вузла промивання, ущільнювачів та головки промивача.
5. Обслуговування механізму забирання проби, юстування оптодатчика. Перевірка та регулювання позиції голки.
6. Регулювання параметрів фотометра.
7. Перевірка та регулювання параметрів банків крові, параметрів вакуумної системи та стабільності рівня вакууму.
8. Калібрування системи дотику ЖК екрана.
9. Налаштування підсилювача по каналах WBC, RBC, PLT з використанням Latex. Перевірка температурного режиму підсилювача та материнської плати.

Гарантійний термін на обслуговувані вузли та блоки 12 (дванадцять) місяців за умови дотримання Замовником правил експлуатації, викладених в Інструкції із застосування.

*З усіх питань, що стосуються сервісного або технічного обслуговування і ремонту приладів, прохання звертатись в технічний відділ ТОВ «ЛАБЛАЙФ» в робочі дні з 8:30 до 17:00.*

З надією на плідне співробітництво,  
 технічний відділ ТОВ «ЛАБЛАЙФ»  
 097 701 74 84  
[service.lablife@gmail.com](mailto:service.lablife@gmail.com)