КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

Послуги з поточного ремонту обладнання: Відеогастроскоп EG-2990K

(серійний номер: M00ZPA3048)

згідно ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

(50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)

Визначено на підставі заявленої потреби на основі рапорту завідуючого діагностичним відділенням вх. №712 та акту проведеної технічної діагностики №678_1, для забезпечення діяльності замовника з надання медичної допомоги населенню з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до аналогічних вимог на послуги відповідно до попередніх періодів.

Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на послуги.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована внаслідок проведеної поетапної роботи було визначено очікувану вартість закупівлі, з додавання ставки податку на додану вартість.

Уповноважена особа
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ» ЗМР
Черпіта М.В.

Додаток 1.1
до тендерної документації

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту обладнання: Відеогастроскоп EG-2990K (серійний номер: M00ZPA3048)
згідно ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.
(50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	**Послуги з поточного ремонту обладнання: Відеогастроскоп EG-2990K (серійний номер: M00ZPA3048):**	**Посл.**	
1.1	Заміна дистальної гумки	Посл.	1
1.2	Збирання корпусу ручки ендоскопа	Посл.	1
1.3	Корекція кутів вигину дистальної частини	Посл.	1
1.4	Усунення люфту управління дистальною частиною вгору/вниз	Посл.	1
1.5	Усунення люфту управління дистальною частиною вліво/вправо	Посл.	1
1.6	Чистка електричного конектора ендоскопа	Посл.	1

Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг.

Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

Ми, _____ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги* Замовника, зазначені у цій тендерній документації

_____ _____ _____

Посада **(підпис) М.П.** **П.І.Б.**

Генеральному директору
КНП „Звягельська багатопрофільна
лікарня" Звягельської міської ради
Борису В. М.
завідувача діагностичним
відділенням
Дебіс Ірини Михайлівни

Рапорт

Прошу видати кошти на ремонт
флюрографічного „Рентах."

0809 25

8.09.2025 Прошу видати

п. Юрійчук М.В.
Замінити на
комп. ЛСЗУ
09.09.25.

Комунальне некомерційне підприємство
«Звягельська багатопрофільна лікарня»
Звягельської міської ради
ВХІДНИЙ № 712
"08" 09 2025.

Фізична особа-підприємець
Курило Антон Павлович

Акт технічної діагностики №678_1

Дата діагностики обладнання: 05.09.2025р.

Назва закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської ради.

Адреса закладу: 11700, Житомирська обл., місто Новоград-Волинський, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ ОРЖЕВСЬКОЇ, будинок 13.

Назва обладнання: Відеогастроскоп EG-2990K
Серійний номер: M00ZPA3048
Рік випуску: 2023
Виробник: Pentax Medical

Під час діагностики виявлено:

- Люфт ручок управління
- Невідповідність кутів вигину.
- Витік з дистальної гумки. Імовірно спричинена прикусом (рис. 1, рис. 2).
- Дефект вигину дистального сегмента (рис. 3).
- Пошкодження рідиною латунних пінів у вигляді окислу (рис. 4).



Рис. 1



Рис. 2

Місце реєстрації: 37502, Полтавська обл., Лубенський р-н, місто Лубни, вулиця Прикордонників, будинок 38-А

IBAN: UA543348510000000026003208290 Банк АТ "ПУМБ" м. Київ
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2010350000000315118 від 25.05.2023р

Платник єдиного податку третьої групи
Ідентифікаційний номер 3490507174
e-mail: fop.antonkurylo@gmail.com
тел. (050) 819-89-13



Рис. 3



Рис. 4

Висновок: для відновлення працездатності необхідно виконати роботи вказані в таблиці 1.

Таблиця.1. Перелік послуг для відновлення працездатності апарата.

1.1	Заміна дистальної гумки	Посл.	1
1.2	Збирання корпусу ручки ендоскопа	Посл.	1
1.3	Корекція кутів вигину дистальної частини	Посл.	1
1.4	Усунення люфту управління дистальною частиною вгору/вниз	Посл.	1
1.5	Усунення люфту управління дистальною частиною вліво/вправо	Посл.	1
1.6	Чистка електричного конектора ендоскопа	Посл.	1

Дата складання акту: 08.09.2025р.

Акт склав: _____ А.П. Курило
М.П. (підпис)

Місце реєстрації: 37502, Полтавська обл., Лубенський р-н, місто Лубни, вулиця Прикордонників, будинок 38-А

IBAN: UA543348510000000026003208290 Банк АТ "ПУМБ" м. Київ
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2010350000000315118 від 25.05.2023р

Платник єдиного податку третьої групи
Ідентифікаційний номер 3490507174
e-mail: fop.antonkurylo@gmail.com
тел. (050) 819-89-13

Фізична особа-підприємець
Курило Антон Павлович

Від "08" вересня 2025 р.

Комерційна пропозиція

Фізична особа-підприємець Курило Антон Павлович пропонує до Вашої уваги комерційну пропозицію на надання послуг по поточному ремонту обладнання - код ДК 021:2015 -50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (далі – Послуги) **Відеогастроскоп EG-2990K (серійний номер: M00ZPA3048):**

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Загальна вартість, грн., без ПДВ
1	**Послуги з поточного ремонту обладнання: Відеогастроскоп EG-2990K (серійний номер: M00ZPA3048):**	**Посл.**			
1.1	Заміна дистальної гумки	Посл.	1	6 200,00	6 200,00
1.2	Збирання корпусу ручки ендоскопа	Посл.	1	2 850,00	2 850,00
1.3	Корекція кутів вигину дистальної частини	Посл.	1	760,00	760,00
1.4	Усунення люфту управління дистальною частиною вгору/вниз	Посл.	1	390,00	390,00
1.5	Усунення люфту управління дистальною частиною вліво/вправо	Посл.	1	580,00	580,00
1.6	Чистка електричного конектора ендоскопа	Посл.	1	500,00	500,00
				Всього за послугу:	**11 280,00**
				Разом до сплати:	**11 280,00**

Разом до сплати: 11 280,00 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят грн., 00 коп.) гривень, без ПДВ.
Дана пропозиція діє протягом 3 (трьох) місяців з дати видачі.

Порядок оплати:
- на підставі Договору між Замовником та ФОП Курило А.П.

Строк виконання робіт:
- до 120 (сто двадцяти) календарних днів на підставі Договору між Замовником та ФОП Курило А.П.

Гарантійний термін на послуги:
- протягом 6 (шести) місяців з дати їх надання, яка зазначена в акті приймання-передачі наданих послуг, але не розповсюджується на інші поломки та несправності обладнання.

ФОП А.П. Курило

Місце реєстрації: 37502, Полтавська обл., Лубенський р-н, місто Лубни, вулиця Прикордонників, будинок 38-А

IBAN: UA543348510000000026003208290 Банк АТ "ПУМБ" м. Київ
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2010350000000315118 від 25.05.2023р.

Платник єдиного податку третьої групи
Ідентифікаційний номер 3490507174
e-mail: fop.antonkurylo@gmail.com
тел. (050) 819-89-13