

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування: Апарати штучної вентиляції легенів VG70, апарат штучної вентиляції легенів S 1500.

(ДК 021:2015 – 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

Потреба в отриманні даних послуг визначена на підставі рапортів завідуючого гінекологічного відділення №385 від 07.04.2026 р., старшої медичної сестри травматологічного відділення №375 від 03.04.2026 р., старшої акушерки пологового відділення №386 від 07.04.2026 р. для забезпечення діяльності замовника з надання медичної допомоги населенню з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до аналогічних вимог на послуги відповідно до попередніх періодів.

Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на послуги.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована внаслідок проведеної поетапної роботи було визначено очікувану вартість закупівлі, з додавання ставки податку на додану вартість.



**Уповноважена особа
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ» ЗМР
Черніа М.В.**

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування: Апарати штучної вентиляції легенів VG70, апарат штучної вентиляції легенів S 1500.

(ДК 021:2015 – 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

1	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування :Апарат штучної вентиляції легенів VG70 (Серійний номер XZZS29130)	Посл.	
1.1	Апарат ШВЛ		
1.2	Розбирання та збирання	Посл.	1
1.3	Чистка	Посл.	1
1.4	Заміна фільтрів від пилу	Посл.	1
1.5	Заміна датчика кисню	Посл.	1
1.6	Відновлення акумуляторної батареї	Посл.	1
1.7	Ремонт сенсорної панелі	Посл.	1
1.8	Заміна сервісного комплекта	Посл.	1
1.9	Проведення повної калібровки	Посл.	1
1.10	Проведення загального тестування	Посл.	1
2	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування :Апарат штучної вентиляції легенів VG70 (Серійний номер XZZU3064)	Посл.	
2.1	Апарат ШВЛ		
2.2	Розбирання та збирання	Посл.	1
2.3	Чистка	Посл.	1
2.4	Заміна фільтрів від пилу	Посл.	1
2.5	Заміна датчика кисню	Посл.	1
2.6	Заміна сервісного комплекта	Посл.	1
2.7	Проведення повної калібровки	Посл.	1
2.8	Проведення загального тестування	Посл.	1

3	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування :Апарат штучної вентиляції легенів VG70 (Серійний номер XZZS29063)	Посл.	
3.1	Апарат ШВЛ		
3.2	Розбирання та збирання	Посл.	1
3.3	Чистка	Посл.	1
3.4	Заміна фільтрів від пилу	Посл.	1
3.5	Заміна датчика кисню	Посл.	1
3.7	Ремонт турбіни	Посл.	1
3.8	Заміна сервісного комплекта	Посл.	1
3.9	Проведення повної калібровки	Посл.	1
3.10	Проведення загального тестування	Посл.	1
4	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування :Апарат штучної вентиляції легенів VG70 (Серійний номер XZZS29167)	Посл.	
4.1	Апарат ШВЛ		
4.2	Розбирання та збирання	Посл.	1
4.3	Чистка	Посл.	1
4.4	Заміна фільтрів від пилу	Посл.	1
3.6	Відновлення акумуляторної батареї	Посл.	1
4.5	Заміна датчика кисню	Посл.	1
4.6	Заміна сервісного комплекта	Посл.	1
4.7	Проведення повної калібровки	Посл.	1
4.8	Проведення загального тестування	Посл.	1
5	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування :Апарат штучної вентиляції легенів S 1500(Серійний номер 10812033)	Посл.	
5.1	Апарат ШВЛ		
5.2	Розбирання та збирання	Посл.	1
5.3	Чистка	Посл.	1

5.4	Заміна фільтрів від пилу	Посл.	1
5.5	Заміна датчика кисню	Посл.	1
5.6	Ремонт сенсорної панелі	Посл.	1
5.7	Проведення повної калібровки	Посл.	1
5.8	Проведення загального тестування	Посл.	1

Послуги з технічного обслуговування мають забезпечувати:

- безперебійну та надійну роботу обладнання;
- безпечну експлуатацію обладнання для медичного персоналу (лікарів, медичних сестер) і пацієнтів шляхом обслуговування сертифікованими спеціалістами відповідно до вимог і рекомендацій виробника;
- попередження несправностей і виходу обладнання з ладу завдяки регулярному технічному контролю та виконанню сервісних робіт.
- Надання послуг передбачає виїзд інженера на об'єкт Замовника. Такий виїзд має бути здійснений не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем відповідної заявки.
- Технічний огляд і ремонт виконуються відповідно до вимог та рекомендацій технічної й експлуатаційної документації для кожного виду медичного обладнання.
- Замовник вимагає від Учасників подання пропозицій, що охоплюють повний комплекс послуг з технічного огляду та ремонту для всього переліку обладнання.
- Гарантія на надані послуги повинна становити не менше 6 (шести) місяців з дати їх надання, зазначеної в акті приймання-передачі. У складі тендерної пропозиції Учасник зобов'язаний надати гарантійний лист.

Ми, _____ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги* Замовника, зазначені у цій тендерній документації

Посада

(підпис) М.П.

П.І.Б.

П'ятисот сімсот 02.03.2026
и ісімсот і 11
Дирікції міської ради
1500000
2.04.2026

Генеральному директору
ФНП, Звягельська багатопрофільна
лікарня "ЗЛП"
Боршеу В.В.
старшої електрик-мережної
травматологічного відділення
Мельник Людмила Анатоліївна.

Пам'ятки

Довожу до Вашого відома, що апарат шпунгової
вінчмашини № 10440493, який експлуатується у травматологічному
відділенні потребує ремонту.
Будь ласка, виділити коштів для проведення
ремонтних робіт.

30.05.2026р

Мельник Л.А.

Прошу виділити коштів

30.05.26

О. Андрусенко

Будь ласка, виділити коштів

30.05.26

Мельник Л.А.

п. Кершта М.В.
замість за
коштів 134
07.04.26р.

Комунальне некомерційне підприємство
«Звягельська багатопрофільна лікарня»
Звягельської міської ради
ВХІДНИЙ № 345
"03" 04 2026р.

П/К...
и...
Вирішення...
15...
70420266

Генеральному директору
КМД "Звягельська
багатопрофільна лікарня"
ЗМР

Борису В. М.
дівідвара гінекологічного
відділення
Борискевича Юрія
Олександровича

Ранорт

Строму верішити кошти на
обслуговування рухального апарату
VБ 70 в операційній.

6. 04. 26р.

СОБ...
[Signature]

Строму все вирішити кошти
[Signature]

7 04. 26.
П. Дермита М. В.
замовити
за коштом К (34)
07. 04. 26р.

Комунальне некомерційне підприємство
«Звягельська багатопрофільна лікарня»
Звягельської міської ради
ВХІДНИЙ № 385
04 04 26

17 Коммунального
и коммунального
услугами ООО
АИ
1500000000
704.25266

генеральному
директору
КНП «Звягельська
багатопрофільна
лікарня» ЗНП
Борису В. М.,
старшому спеціалісту
налогового відділення
Стеревитенюк Тамарою
Андріївною.

Рапорт.
Довістю до Вашого відділення, що
апарат штурмової вентиляції моделі
VG-70, який експлуатується
у налоговому відділенні,
потребує ремонту.
Брошу зверити кошти для
проведення ремонтних робіт.
03.04.2026

03.04.2026 Брошу зверити
кошти

Брошу Вас
Сулешань Василь
Митя - Маша

07.04.2026
П. Вершета М. В.
залишити 30
кошти КНП
07.04.2026

Комуніальне некомерційне підприємство
«Звягельська багатопрофільна лікарня»
Звягельської міської ради
№ 386
" 07 " 04 " 2026