

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"  
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13  
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: [novogradtmo@gmail.com](mailto:novogradtmo@gmail.com)

---

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

***Технічне обслуговування рентгенографічної системи MOVIPLAN (серійний номер 21024316)***

***(ДК 021:2015 – 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)***

Потреба в отриманні даних послуг визначена на підставі рапорту завідуючого рентгенологічного відділення №340 від 24.03.2026 р., для забезпечення діяльності замовника з надання медичної допомоги населенню з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до аналогічних вимог на послуги відповідно до попередніх періодів.

Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на послуги.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована внаслідок проведеної поетапної роботи було визначено очікувану вартість закупівлі, з додавання ставки податку на додану вартість.



**Уповноважена особа  
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА  
БАГАТОПРОФІЛЬНА  
ЛІКАРНЯ» ЗМР  
Черніма М.В.**

Технічна специфікація до предмета закупівлі

*Технічне обслуговування рентгенографічної системи MOVIPLAN (серійний номер 21024316)*

*(ДК 021:2015 – 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)*

№ п/п	Назва робіт/послуг	Одиниця виміру	Кількість
1	Технічне обслуговування рентгенографічної системи MOVIPLAN (серійний номер 21024316)	послуга	1

№ п/п	Перелік послуг	Періодичність робіт, згідно інструкції з експлуатації
<b>Рентгенографічна система Moviplan (сер. номер: 21024316)</b>		
1	<b>Загальна перевірка</b>	1 раз на рік
1.1	Візуальна перевірка цілісності кабелів, ізоляції, захисних кришок та кожухів	
1.2	Калібрування та перевірка роботи блоку автоматичного контролю експозиції (АКЕ) (при потребі)	
2	<b>Технічне обслуговування (ТО) столу</b>	1 раз на рік
2.1	Перевірка гальм деки столу	
2.2	Перевірка механізмів руху касетотримача	
2.3	Перевірка механізму управління підйомом столу (при наявності)	
2.4	Перевірка поперечного та повздовжнього руху деки столу	
2.5	Перевірка кріплення захисних кришок столу	
2.6	Перевірка стану касето тримача	
3	<b>ТО колони</b>	1 раз на рік
3.1	Перевірка кріплення кабелів колони	
3.2	Перевірка функціональності гальм кронштейна рентгенівської трубки	
3.3	Перевірка механізму повороту колони	
3.4	Перевірка механізму обертання рентгенівської трубки	
4	<b>ТО вертикальної стійки знімків</b>	1 раз на рік
4.1	Перевірка гальм вертикального руху	

4.2	Перевірка стану касето тримача	
5	<b>ТО плоскопанельного детектора</b>	1 раз на рік
5.1	Оцінка якості зображення	
5.2	Калібрування детектора (рекомендується при втраті однорідності зображення та битих пікселів)	

За результатами технічного обслуговування видається акт про працездатність системи, наявність зношених або дефектних частин, які потребують заміни

**Для підтвердження відповідності можливості надання Учасником відповідних послуг в тендерній пропозиції надається:**

1. Копія сертифікату сервісного інженера, який видано виробником обладнання.
2. Копія ліцензії виданої ДІЯРУ на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінення, з обов'язковим зазначенням права займатися технічним обслуговуванням даного виду обладнання.
3. Технічна документація виробника (технічний опис, інструкція, витяг з технічно-експлуатаційної документації тощо) з переліком необхідних робіт з технічного обслуговування.

Ми, \_\_\_\_\_ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги* Замовника, зазначені у цій тендерній документації

\_\_\_\_\_

Посада

\_\_\_\_\_

(підпис) М.П.

\_\_\_\_\_

П.І.Б.

<b>Найменування</b>	Технічне обслуговування рентген систем
<b>Бренд</b>	Villa Sistemi Medicali
<b>Країна виробник</b>	Італія

### Технічне обслуговування рентген системи Moviplan

#### Технічне обслуговування рентген системи Moviplan

Візуальна перевірка цілісності кабелів, ізоляції, захисних кришок та кожухів  
Калібрування та перевірка роботи блоку автоматичного контролю експозиції (АКЕ) (при потребі)

#### Технічне обслуговування (ТО) столу

Перевірка гальм деки столу  
Перевірка механізмів руху касетотримача  
Перевірка поперечного та повздовжнього руху деки столу  
Перевірка механізму управління підйомом столу (при наявності)  
Перевірка кріплення захисних кришок столу  
Перевірка стану касето тримача

#### ТО колони

Перевірка кріплення кабелів колони  
Перевірка функціональності гальм кронштейна рентгенівської трубки  
Перевірка механізму повороту колони  
Перевірка механізму обертання рентгенівської трубки

#### ТО вертикальної стійки знімків

Перевірка гальм вертикального руху  
Перевірка стану касето тримача

#### ТО плоскопанельного детектора

Оцінка якості зображення  
Калібрування детектора (рекомендується при втраті однорідності зображення та битих пікселів)

Вартість з ПДВ, грн: 45 000

**Умови оплати:** Згідно договору

**Термін виконання:** Згідно договору

З повагою,  
Литкіна Наталія  
lytkina@mediprime.com.ua  
+38(096) 113 85 71