

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

Відеогастроскоп

***(ДК 021:2015 – 50420000-5 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків,
НК 024:2023: 17663- Гнучкий відеогастроскоп)***

Потреба в отриманні даних послуг визначена на підставі рапорту №706 від 29.07.2026 р., для забезпечення діяльності замовника з надання медичної допомоги населенню з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до аналогічних вимог на товари відповідно до попередніх періодів.

Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на товари.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована внаслідок проведеної поетапної роботи було визначено очікувану вартість закупівлі, з додавання ставки податку на додану вартість у розмірі 7%, при плануванні закупівлі.



**Уповноважена особа
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ» ЗМР**
Черніма М.В.

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Відеогастроскоп

(ДК 021:2015 – 50420000-5 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків,
НК 024:2023: 17663- Гнучкий відеогастроскоп)

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням таких документів. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.

3. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

Вимоги до відеогастроскопа (1 шт).

Вимоги	Відповідність
Призначення: для використання в гастроентерології (візуалізація стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишки).	
Кут поля зору не менше 140 ⁰ .	
Напрямок огляду: прямий (0 ⁰).	
Глибина різкості: не менше 4 - 100 мм.	
Максимальний діаметр ввідної частини: не більше 9,8 мм.	
Діаметр інструментального каналу: не менше 2,8 мм.	
Кути вигину дистального кінця: не менше 210 ° вгору, 100 ° вниз, 120 ° вліво, 120 ° вправо.	
Наявність на дистальному кінці ендоскопа окремого патрубку водяного струменю (для подачі води під тиском)	
Довжина робочої частини: не менше 1050 мм.	
Повинен бути сумісним з відеопроцесорами Pentax, (або аналог).	

Ми, _____ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги* Замовника, зазначені у цій тендерній документації

Посада

(підпис) М.П.

П.І.Б.

Пенсильванскому директору
КНП "Звездаско батариофси-
Киа Кікарне ЗНР"
Борису В. М.

Рикаре энтомологического
государственного университета
Бугай Р. П.

Спасибо Вам большое
 за покупку нового видеокамерного
 Pentax EO 2990K у звонку
 и за доставку на адрес
 в Москве.

Sh Byrnes P. N.

Комунальне некомерційне підприємство
«Звягельська багатoproфільна лікарня»
Звягельської міської ради

ВХІДНИЙ № 706

" 19 " 07 2026 р.

Директору

КНП "Звягельська багатoproфільна лікарня"

Комерційна пропозиція

Пропонуємо до розгляду комерційну пропозицію щодо оснащення медичним обладнанням:

Відеогастроскоп EG-2990K

- трубка, яка вводиться Ø 9,8 мм,
- інструментальний канал Ø 2,8 мм,
- довжина робочої частини 1050 мм.
- кут полю зору 140гр

Виробник - Японія, PENTAX Medical.

Вартість – 1 744 600.00 грн.з ПДВ ,

1 622 478,00 грн.без ПДВ

До вартості товару включено інсталяцію та первинне навчання персоналу.

Загальні умови комерційної пропозиції:

Умови оплати:

Термін поставки:

Умови поставки:

Доставка, введення в експлуатацію, інструктаж спеціалістів роботи з устаткуванням:

Термін гарантійного обслуговування

Термін післягарантійного та сервісного обслуговування:

Ціни вказані у гривнях станом на 30.07.2026 р.

100% авансовий платіж, чи інше за домовленістю з покупцем

10 робочих днів від дати виконання умов оплати за наявності товару на складі

90 робочих днів від дати виконання умов оплати при замовленні товару

DDP, м. Зазначений замовником

Включено у вартість обладнання

12 місяців від дати введення обладнання в експлуатацію

Відповідно до сервісного договору

В.о директора ТОВ «МЕД ЕКСІМ»



Наталя Черкащенко

Комерційна пропозиція**Ендоскопічне обладнання торгової марки PENTAX Medical****Виробництво: HOYA Corporation (Японія)****Відеогастроскоп EG-2990K****1 717 200,00 ГРН з 7% ПДВ**

- трубка, яка вводиться $\varnothing$ 9,8 мм,
- інструментальний канал $\varnothing$ 2,8 мм,
- довжина робочої частини 1050 мм.
- кут полю зору 140гр
- вигин дистального кінця вгору/вниз 210/120гр, вправо/вліво 120/120гр.

вих. № 1046/07-26
від 30.07.2026 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ з/П	Назва товару	Країна, виробник	Кількість	Сума, грн., без ПДВ
1	Відеогастроскоп EG-2990 K	Pentax Medical, Японія	1	1 754 100,00 з ПДВ

До вартості товару включено інсталяцію та первинне навчання персоналу.

З повагою,

Директор ТОВ «Сівер-МЕД»



Олександр КЛИМЕНКО