

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

Хірургічний інструменти для лапароскопії

*(ДК 021:2015 – 33160000-9-Устаткування для операційних блоків, 33169000-2
Хірургічні інструменти*

НК 024:2023: 35507 - Кабель світловий оптоволоконний, 47829 Руків'я хірургічного інструменту, 47625 Набір трубок до хірургічної системи для аспірації/іригації)

Потреба в отриманні даних послуг визначена на підставі рапорту №727 від 03.08.2026 р., для забезпечення діяльності замовника з надання медичної допомоги населенню з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до аналогічних вимог на товари відповідно до попередніх періодів.

Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на товари.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована внаслідок проведеної поетапної роботи було визначено очікувану вартість закупівлі, з додавання ставки податку на додану вартість у розмірі 7%, при плануванні закупівлі.



**Уповноважена особа
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ» ЗМР
Черніма М.В.**

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Хірургічний інструменти для лапароскопії

(ДК 021:2015 – 33160000-9-Устаткування для операційних блоків, 33169000-2

Хірургічні інструменти

НК 024:2023: 35507 - Кабель світловий оптоволоконний, 47829 Руків'я хірургічного інструменту, 47625 Набір трубок до хірургічної системи для аспірації/іригації)

Загальні положення

1. Доставка запропонованого товару на місці його використання має здійснюватися за рахунок Учасника. Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.
2. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо Учасник не є виробником товару) або офіційного представника виробника на території України, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого Товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та копію документу, що підтверджує офіційний статус представника виробника (якщо гарантійного листа надано офіційним представником, а не виробником). Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.
3. Відповідність запропонованого товару наведеним нижче медико-технічним вимогам повинна підтверджуватись інструкціями користувача та/або іншими технічними документами на запропонований товар. Учасник повинен надати копії інструкцій користувача та/або інших технічних документів (українською мовою) та заповнені таблиці відповідності медико-технічним вимогам з посиланнями на сторінки наданих інструкцій користувача та/або технічних документів, на яких міститься відповідна підтверджуюча інформація.
4. Учасник повинен надати на запропонований товар копію декларації та/або сертифікату відповідності, що підтверджує можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
5. Запропонований товар повинний бути новим, виготовленим не раніше 2025 року та таким, що не був у використанні. Учасник повинен надати довідку довільної форми.
6. Термін гарантійного обслуговування запропонованого медичних інструментів має становити не менше 12 місяців з медичні з дати введення в експлуатацію. Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.
7. Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми про наявність на території України сервісного центру по обслуговуванню запропонованого товару.

Параметр	Вимога	Відповідність* : так/ні з посиланням на сторінку(и) відповідного документу
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ		
Декларація про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів та/ або сертифікат про відповідність медичного виробу / або гарантійний лист про те що декларація про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів та/ або сертифікат про відповідність медичного виробу будуть надані	Надати завірені копії декларації та/або сертифікату про відповідність продукції	

Параметр	Вимога	Відповідність* : так/ні з посиланням на сторінку(и) відповідного документу
під час поставки товару	вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів / або гарантійний лист про надання вищенаведених документів під час поставки товару	
Гарантійний термін не менше 12 місяців	Надати гарантійний лист	
Термін виконання ремонтних робіт в гарантійний період, при виникненні такої необхідності - не більше 7 робочих днів	Надати гарантійний лист	
Гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або його офіційного представника (дилера, дистриб'ютора тощо) про можливість постачання учасником або виробником або його офіційним представником обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією	Надати оригінал гарантійного листа виробника або офіційного представника в Україні	
Наявність сервісного центру в Україні по обслуговуванню інструментів, що пропонується Учасником	Надати гарантійний. лист	
Наявність сертифікованого(их) сервісного(их) інженера(ів) на території України по обслуговуванню обладнання, що пропонується Учасником	Надати копію(ї) сертифікату(ів) інженера(ів)	
Інструменти повинні бути новим, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні. Рік випуску, не раніше 2025 року	Надати гарантійний лист	
Доставка товару на базі Замовника	Надати гарантійний лист	
Наявність експлуатаційної документації (настанова з експлуатації або інструкція з експлуатації, каталоги тощо) - українською мовою	Надати копії експлуатаційної документації	
Запропонований Учасником товар повинен відповідати вимогам законодавства із захисту довкілля	Надати гарантійний лист	
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ		
1. Інструменти для лапароскопії, основні вимоги:		
Кабель світловий оптоволоконний, діаметр не менше 4,8 мм, довжина 275 см	2 шт.	
Полімерна лапароскопічна рукоятка що обертається, з ВЧ-роз'ємом, з храповим механізмом, сумісна до інструментів типу затискачу, виробництва компанії RZ Medizintechnik GmbH, які є в наявності у Замовника.	2шт.	

Параметр	Вимога	Відповідність* : так/ні з посиланням на сторінку(и) відповідного документу
Трубка для всмоктування або зрошення. З важільним механізмом, діаметр трубки не більше Ф5 мм, довжина не більше 330 мм	2 шт.	

Ми, _____ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі *Технічні, якісні та кількісні вимоги* Замовника, зазначені у цій тендерній документації

Посада

(підпис) М.П.

П.І.Б.