

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

15.10.2025 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України» (код ЄДРПОУ 45350633; адреса: 04050 м. Київ, вул. Ю. Ілленка, 53) надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (код ДК 021:2015)-50420000-5-Технічне обслуговування аналізатора Numastar 600, Технічне обслуговування аналізатора Numastar 200

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2025-10-15-001840-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 160000,00 грн з ПДВ.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПОСЛУГ

№ з/п	Назва послуги	Од. виміру	К-сть
1	Технічне обслуговування аналізатора Numastar 200	послуга	1
2	Технічне обслуговування аналізатора Numastar 600	послуга	1

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

I Щодо технічного обслуговування аналізатора Numastar 200:

- Юстування джерела випромінювання.
- Чистка, регулювання оптичного тракту, чищення кювет, блоку інкубатора.
- Обслуговування гідравлічної системи, касет перистальтичних помп, труб забору та переміщення рідин, регулювання режимів роботи перисальтичних помп. Обслуговування вакуумної помпи, клапанів вакуумної помпи.
- Обслуговування системи дозування, ущільнювачів дозуючого модуля, тримача аспіраційної голки. Контроль об'ємів дозування.
- Обслуговування механічної частини, перевірка та регулювання позиціонування маніпулятора, промивної станції, блоку реагентів та блоку зразків, гнучкого кабеля маніпулятора
- Обслуговування промивної станції, ущільнювачів та миючого стрижня, сушильного блоку промиваючої станції.
- Контроль сенсорів рівня системних рідин та рівня реагентів/зразків, обслуговування сенсорів, гнучкого кабеля.
- Контроль та регулювання температури інкубатора та охолоджувача реагентів.
- Комплексна перевірка роботи аналізатора.

II Щодо технічного обслуговування аналізатора Numastar 600:

- Юстування джерела випромінювання, юстування оптичної системи.
- Контроль та регулювання напруг живлення.
- Чистка, юстування оптичного тракту переднього та заднього фотометрів, блоків кювет, блоків інкубатора.
- Обслуговування гідравлічної системи промивних станцій, аспіраційних трубок та наконечників промивних станцій, регулювання положення промивних станцій відносно кювет. Калібрування об'ємів промивки.
- Обслуговування системи дозування, дозуючих шприців, контроль об'ємів дозування.
- Обслуговування механічної частини, перевірка та регулювання позиціонування маніпуляторів, промивної станції, блоку реагентів та блоку зразків.
- Обслуговування перистальтичних помп, трубок, калібрування.
- Контроль сенсорів рівня рідини та рівня реагентів, обслуговування сенсорів, регулювання чутливості.
- Контроль та регулювання температури інкубаторів, та охолоджувача реагентів.
- Контроль функціонування комп'ютера, обслуговування жорсткого диска, контроль функціонування

джерела безперервного живлення.

- Комплексна перевірка роботи аналізатора.

Гарантійний термін на надані послуги 12 (дванадцять) місяців.

Строк поставки товару – до 25.12.2025 року.

Місце поставки: 03115, Україна м. Київ, пр. Берестейський 119-121.

Уповноважена особа



Марина ГУЖВА