



ПрАТ "РЕАГЕНТ"
49019, Україна,
м. Дніпро,
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF

МБ 01.1-07

ПАСПОРТ

ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АЗОПРАМОВОЇ
ПРОБИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРИХОВАНОЇ КРОВІ
НА ВИРОБАХ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(ОЧИЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПЕРЕД СТЕРИЛІЗАЦІЄЮ)
«АЗОПРАМОВА ПРОБА-200»

Номер партії A0625 Виготовлений 2025-06 Придатний до 2027-07

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність

Комплектність за ТУ			Висновки перевірки
№	Компоненти	Вага	
1	Амідопірин	2 x 5 г флакона	Відповідає
2	Анілін солянокислий	2 x 75 мг мікропробірки	Відповідає

Фізико-хімічні показники

Показники за ТУ			Висновки перевірки
№	Компоненти	Зовнішній вигляд	
1	Амідопірин	Кристалічна речовина від білого до світло жовтого кольору	Відповідає
2	Анілін солянокислий	Кристалічна речовина від білого до ледь зеленуватого кольору	Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-057:2013

Начальник ВТК



ПрАТ "РЕАГЕНТ"
49019, Україна,
м. Дніпро,
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18



ДВ	057
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-057:2013

IVD

REF

МБ 01.1-07

ПАСПОРТ

ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АЗОПРАМОВОЇ
ПРОБИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРИХОВАНОЇ КРОВІ
НА ВИРОБАХ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(ОЧИЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПЕРЕД СТЕРИЛІЗАЦІЄЮ)
«АЗОПРАМОВА ПРОБА-200»

Номер партії A0625 Виготовлений 2025-06 Придатний до 2027-07

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність

Комплектність за ТУ			Висновки перевірки
№	Компоненти	Вага	
1	Амідопірин	2 x 5 г флакона	Відповідає
2	Анілін солянокислий	2 x 75 мг мікропробірки	Відповідає

Фізико-хімічні показники

Показники за ТУ			Висновки перевірки
№	Компоненти	Зовнішній вигляд	
1	Амідопірин	Кристалічна речовина від білого до світло жовтого кольору	Відповідає
2	Анілін солянокислий	Кристалічна речовина від білого до ледь зеленуватого кольору	Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-057:2013

Начальник ВТК