



ПрАТ “Реагент”, 49019  
м. Дніпро, вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ “Реагент”, 49019  
м. Дніпро, вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ 056  
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

IVD

REF ПК 01.5-06

ПАСПОРТ  
«АЛАТ-КІНЕТИКА-100-Р»  
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ  
АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗИ  
КІНЕТИЧНИМ УФ-МЕТОДОМ БЕЗ ПІРИДОКСАЛЬФОСФАТУ (4:1)

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |           |                   | Показники за ТУ               |  | Висновки перевірки |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------|
| №                   | Компонент | Об'єм             | Зовнішній вигляд, вміст, рН   |  |                    |
| 1                   | Реагент 1 | 2 x 40 мл флакона | Безбарвна прозора рідина      |  | Відповідає         |
| 2                   | Реагент 2 | 2 x 10 мл флакона | Ледь жовтувата прозора рідина |  | Відповідає         |

Аналітичні показники

| № | Показник                   | Значення за ТУ                              | Отриманий | Висновки   |
|---|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Лінійна область визначення | (4,7 – 500,0) Од/л;<br>(0,078-8,33) мккат/л |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації        | не більше 5 %                               |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний матеріал                | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013  
Начальник ВТК Руденко Я.В.

РЕАГЕНТ

ОТК



ДВ 056  
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

IVD

REF ПК 01.5-06

ПАСПОРТ  
«АЛАТ-КІНЕТИКА-100-Р»  
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ  
АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗИ  
КІНЕТИЧНИМ УФ-МЕТОДОМ БЕЗ ПІРИДОКСАЛЬФОСФАТУ (4:1)

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |           |                   | Показники за ТУ               | Висновки перевірки |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| №                   | Компонент | Об'єм             | Зовнішній вигляд, вміст, рН   |                    |
| 1                   | Реагент 1 | 2 x 40 мл флакона | Безбарвна прозора рідина      | Відповідає         |
| 2                   | Реагент 2 | 2 x 10 мл флакона | Ледь жовтувата прозора рідина | Відповідає         |

Аналітичні показники

| № | Показник                   | Значення за ТУ                              | Отриманий | Висновки   |
|---|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Лінійна область визначення | (4,7 – 500,0) Од/л;<br>(0,078-8,33) мккат/л |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації        | не більше 5 %                               |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний матеріал                | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013  
Начальник ВТК Руденко Я.В.

РЕАГЕНТ

ОТК