



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003



ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ
«АЛЬБУМІН-БКЗ-1000 мл»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АЛЬБУМІНУ
ЗА РЕАКЦІЄЮ З БРОМКРЕЗОЛОВИМ ЗЕЛЕНИМ
(1000 мл робочого розчину БКЗ + калібратор)

IVD

REF БП 001-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл флакон	Рідина жовтуватого кольору (50,0±0,75) г/л	Відповідає
2	Концентрований розчин БКЗ	1 x 50 мл флаконів	Розчин зелено-коричневого кольору, без осаду	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(5,0-75,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає



Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В. ВТК

ПАСПОРТ
«АЛЬБУМІН-БКЗ-1000 мл»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АЛЬБУМІНУ
ЗА РЕАКЦІЄЮ З БРОМКРЕЗОЛОВИМ ЗЕЛЕНИМ
(1000 мл робочого розчину БКЗ + калібратор)

IVD

REF БП 001-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл флакон	Рідина жовтуватого кольору (50,0±0,75) г/л	Відповідає
2	Концентрований розчин БКЗ	1 x 50 мл флаконів	Розчин зелено-коричневого кольору, без осаду	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(5,0-75,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.