



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03. 2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006



ДВ	050
31.03. 2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«АЛЬФА-АМИЛАЗА»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ
 α -АМИЛАЗИ (ДІАСТАЗИ) АМІЛОКЛАСТИЧНИМ МЕТОДОМ КАРАВЕЯ

IVD

REF БХ 007-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ		Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН		
1	Буферний розчин	1 x 100 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, рН (7,0±0,1) од рН		рН Відповідає
2	Розчин крохмалю	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду (10,0±0,2) мг/мл		Відповідає
3	Розчин йоду	2 x 5 мл ампули	Рідина жовто-коричнювого кольору, (0,100±0,002) N		Відповідає
4	Розчин фториду калію	1 x 100 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, (56,0±1,1) г/л		Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(10,8-115,2) г/(год·л); 3,0-32,0 мг/(сек·л)		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 10 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає



Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.ТК

ПАСПОРТ
«АЛЬФА-АМИЛАЗА»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ
 α -АМИЛАЗИ (ДІАСТАЗИ) АМІЛОКЛАСТИЧНИМ МЕТОДОМ КАРАВЕЯ

IVD

REF БХ 007-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Буферний розчин	1 x 100 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, рН (7,0±0,1) од рН	pH Відповідає
2	Розчин крохмалю	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду (10,0±0,2) мг/мл	Відповідає
3	Розчин йоду	2 x 5 мл ампули	Рідина жовто-коричнювого кольору, (0,100±0,002) N	Відповідає
4	Розчин фториду калію	1 x 100 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, (56,0±1,1) г/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(10,8-115,2) г/(год·л); 3,0-32,0 мг/(сек·л)		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 10 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.