



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 06.4-06

ПАСПОРТ
ДО НАБОРУ РЕАГЕНІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
АКТИВНОСТІ АЛЬФА-АМІЛАЗИ (ДІАСТАЗИ) КІНЕТИЧНИМ
МЕТОДОМ З СУБСТРАТОМ CNP-G3
«АМІЛАЗА-КІНЕТИКА-CNP-G3-500-P»



ДВ 056
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, pH	
1	Монореагент	5 x 100 мл флакони	Прозора рідина жовтуватого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	1 - 2000 Од/л (0,01667 - 33,34 мккат/л)		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 06.4-06

ПАСПОРТ
ДО НАБОРУ РЕАГЕНІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
АКТИВНОСТІ АЛЬФА-АМІЛАЗИ (ДІАСТАЗИ) КІНЕТИЧНИМ
МЕТОДОМ З СУБСТРАТОМ CNP-G3
«АМІЛАЗА-КІНЕТИКА-CNP-G3-500-P»



ДВ 056
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, pH	
1	Монореагент	5 x 100 мл флакони	Прозора рідина жовтуватого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	1 - 2000 Од/л (0,01667 - 33,34 мккат/л)		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.