



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 033.2-04



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 033.2-04

ПАСПОРТ
«АЛЬФА-ХОЛЕСТЕРИН-200»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ХОЛЕСТЕРИНУ ЛІПОПРОТЕЇНІВ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ
ОСАДЖЕННЯМ ФОСФОРНОВОЛЬФРАМОВОЮ КИСЛОТОЮ



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина, (2,3±0,03) ммоль/л	Відповідає
2	Осаджуючий розчин	2 x 100 мл флаконів	Прозорий безбарвний розчин без осаду	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0,2–5,0) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 7 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.

РЕАГЕНТ

ВТК

ПАСПОРТ
«АЛЬФА-ХОЛЕСТЕРИН-200»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ХОЛЕСТЕРИНУ ЛІПОПРОТЕЇНІВ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ
ОСАДЖЕННЯМ ФОСФОРНОВОЛЬФРАМОВОЮ КИСЛОТОЮ



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина, (2,3±0,03) ммоль/л	Відповідає
2	Осаджуючий розчин	2 x 100 мл флаконів	Прозорий безбарвний розчин без осаду	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0,2–5,0) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 7 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.