



ПрАТ "Реагент"
49019
м. Дніпро,
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18



ПрАТ "Реагент"
49019
м. Дніпро,
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF

ПК 44.1-06

IVD

REF

ПК 44.1-06

ПАСПОРТ
«АЦЕТОН В СЕЧІ»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ АЦЕТОНУ В СЕЧІ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗОМ



ДВ	056
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Вага	Зовнішній вигляд	
1	Реагент-суміш	5 x 5 г флаконів	Суха суміш блідо-рожевого кольору з червоними краплинами	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Інтервал оцінки результатів (напівкількісної)	від 50 до 1500 мг/л		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.

ПАСПОРТ
«АЦЕТОН В СЕЧІ»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ АЦЕТОНУ В СЕЧІ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗОМ



ДВ	056
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Вага	Зовнішній вигляд	
1	Реагент-суміш	5 x 5 г флаконів	Суха суміш блідо-рожевого кольору з червоними краплинами	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Інтервал оцінки результатів (напівкількісної)	від 50 до 1500 мг/л		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.