



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ
«БІЛРУБІН-ДІАЗО-ЙЄНДРАШИКА»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ БІЛРУБІНУ
І ЙОГО ФРАКЦІЙ ДІАЗОМЕТОДОМ ЙЄНДРАШИКА-ГРОФА

IVD

REF БП 002-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Концентрований кофейновий розчин	2 x 50 мл флакона	Безбарвна рідина, можлива наявність осаду і кристалів	Відповідає
2	Розчин сульфанілової кислоти	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, (25,0±0,5) ммоль/л	Відповідає
3	Розчин нітриту натрію	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина без осаду, (70,0±0,7) ммоль/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	0-240 мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____	Загальний		Відповідає
придатний до _____	Прямий		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ
«БІЛРУБІН-ДІАЗО-ЙЄНДРАШИКА»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ БІЛРУБІНУ
І ЙОГО ФРАКЦІЙ ДІАЗОМЕТОДОМ ЙЄНДРАШИКА-ГРОФА

IVD

REF БП 002-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Концентрований кофейновий розчин	2 x 50 мл флакона	Безбарвна рідина, можлива наявність осаду і кристалів	Відповідає
2	Розчин сульфанілової кислоти	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, (25,0±0,5) ммоль/л	Відповідає
3	Розчин нітриту натрію	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина без осаду, (70,0±0,7) ммоль/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	0-240 мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____	Загальний		Відповідає
придатний до _____	Прямий		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.