



ПрАТ "Реагент", 49019  
м. Дніпро, вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562) 33-72-18



|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 056 |
| 31.01.2017 |     |

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

ПАСПОРТ  
«БІЛРУБІН-ДІАЗО-ЙЄНДРАШКА-300»  
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ БІЛРУБІНУ  
І ЙОГО ФРАКЦІЙ ДІАЗОМЕТОДОМ ЙЄНДРАШКА-ГРОФА-300

IVD

REF

БП 002.1-03

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ  
Комплектність/Фізико-хімічні показники

| № | Комплектність за ТУ |                   | Показники за ТУ                                        | Висновки перевірки |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|   | Компонент           | Об'єм             | Зовнішній вигляд, вміст, рН                            |                    |
| 1 | Реагент 1           | 1 x 270 мл флакон | Безбарвна рідина, (100±0,5) ммоль/л                    | Відповідає         |
| 2 | Реагент 2           | 1 x 100 мл флакон | Прозора безбарвна рідина без осаду, (30,0±0,5) ммоль/л | Відповідає         |
| 3 | Реагент 3           | 1 x 5 мл ампула   | Прозора безбарвна рідина без осаду, (50,0±0,1) ммоль/л | Відповідає         |

Аналітичні показники

| № | Показник            | Значення за ТУ   | Отриманий | Висновки   |
|---|---------------------|------------------|-----------|------------|
| 1 | Лінійна область     | 2,4-240 мкмоль/л |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації | не більше 5 %    |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний матеріал | Значення концентрації |          | Висновки   |
|----------------------|-----------------------|----------|------------|
|                      | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____        | Загальний             |          | Відповідає |
| придатний до _____   | Прямий                |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003  
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019  
м. Дніпро, вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562) 33-72-18



|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 056 |
| 31.01.2017 |     |

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

ПАСПОРТ  
«БІЛРУБІН-ДІАЗО-ЙЄНДРАШКА-300»  
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ БІЛРУБІНУ  
І ЙОГО ФРАКЦІЙ ДІАЗОМЕТОДОМ ЙЄНДРАШКА-ГРОФА-300

IVD

REF

БП 002.1-03

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ  
Комплектність/Фізико-хімічні показники

| № | Комплектність за ТУ |                   | Показники за ТУ                                        | Висновки перевірки |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|   | Компонент           | Об'єм             | Зовнішній вигляд, вміст, рН                            |                    |
| 1 | Реагент 1           | 1 x 270 мл флакон | Безбарвна рідина, (100±0,5) ммоль/л                    | Відповідає         |
| 2 | Реагент 2           | 1 x 100 мл флакон | Прозора безбарвна рідина без осаду, (30,0±0,5) ммоль/л | Відповідає         |
| 3 | Реагент 3           | 1 x 5 мл ампула   | Прозора безбарвна рідина без осаду, (50,0±0,1) ммоль/л | Відповідає         |

Аналітичні показники

| № | Показник            | Значення за ТУ   | Отриманий | Висновки   |
|---|---------------------|------------------|-----------|------------|
| 1 | Лінійна область     | 2,4-240 мкмоль/л |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації | не більше 5 %    |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний матеріал | Значення концентрації |          | Висновки   |
|----------------------|-----------------------|----------|------------|
|                      | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____        | Загальний             |          | Відповідає |
| придатний до _____   | Прямий                |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003  
Начальник ВТК Руденко Я.В.