



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ
«БІУРЕТОВИЙ РОЗЧИН – 1 x 1000 МЛ»
ДО КОНЦЕНТРОВАНОГО БІУРЕТОВОГО РОЗЧИНУ – 1000 МЛ

IVD

REF БП 005.2-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Концентрований біуретовий розчин	1 x 1000 мл флакон	Розчин без осаду темно-синього кольору	Відповідає


Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(10,0-120,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт Варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ
«БІУРЕТОВИЙ РОЗЧИН – 1 x 1000 МЛ»
ДО КОНЦЕНТРОВАНОГО БІУРЕТОВОГО РОЗЧИНУ – 1000 МЛ

IVD

REF БП 005.2-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Концентрований біуретовий розчин	1 x 1000 мл флакон	Розчин без осаду темно-синього кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(10,0-120,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт Варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.