



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«БЛОК В СЕЧІ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ В СЕЧІ ТУРБІДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ
ЗА РЕАКЦІЄЮ З СУЛЬФОСАЛІЦИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ

IVD

REF

БХ 015-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин альбуміну	1 x 10 мл флакон	Рідина ледь жовтуватого кольору (1000,0±30,0) мг/л	Відповідає
2	Концентрований розчин сульфосаліцилової кислоти	2 x 50 мл флакона	Прозора від безбарвної до рожевого кольору рідина (30,0±0,6) %	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(30-1000,0) мг/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

РЕАГЕНТ

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«БЛОК В СЕЧІ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ В СЕЧІ ТУРБІДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ
ЗА РЕАКЦІЄЮ З СУЛЬФОСАЛІЦИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ

IVD

REF

БХ 015-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ		Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН		
1	Калібрувальний розчин альбуміну	1 x 10 мл флакон	Рідина ледь жовтуватого кольору (1000,0±30,0) мг/л		Відповідає
2	Концентрований розчин сульфосаліцилової кислоти	2 x 50 мл флакона	Прозора від безбарвної до рожевого кольору рідина (30,0±0,6) %		Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(30-1000,0) мг/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.