



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«БЛОК В ЛІКВОРІ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ У ЛІКВОРІ (СПИНО-МОЗКОВІЙ
РІДИНІ, СМР) ТУРБІДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ЗА РЕАКЦІЄЮ З
СУЛЬФОСАЛІЦИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ

IVD

REF БХ 016-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл флакон	Рідина ледь жовтуватого кольору (10,0±0,3) г/л	Відповідає
2	Концентрований розчин сульфосаліцилової кислоти	2 x 50 мл флакона	Рідина від ледь рожевого до ледь коричневого кольору, (30,0±0,6) %	Відповідає
3	Безводний сірчаноокислий натрій	1 x 70 г флакон	Порошок білого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(30-2800,0) мг/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.

ПАСПОРТ
«БЛОК В ЛІКВОРІ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ У ЛІКВОРІ (СПИНО-МОЗКОВІЙ
РІДИНІ, СМР) ТУРБІДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ЗА РЕАКЦІЄЮ З
СУЛЬФОСАЛІЦИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ

IVD

REF БХ 016-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл флакон	Рідина ледь жовтуватого кольору (10,0±0,3) г/л	Відповідає
2	Концентрований розчин сульфосаліцилової кислоти	2 x 50 мл флакона	Рідина від ледь рожевого до ледь коричневого кольору, (30,0±0,6) %	Відповідає
3	Безводний сірчаноокислий натрій	1 x 70 г флакон	Порошок білого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(30-2800,0) мг/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.