



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	056
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-056:2013



ДВ	056
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

ПАСПОРТ
«БІЛОК-ПІРРОГАЛОЛ-200-Р»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
БІЛКУ В СЕЧІ ТА ЛІКВОРІ
ПІРРОГАЛОЛ-МОЛІБДЕНОВИМ МЕТОДОМ

IVD

REF

ПК 16.6-06

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібратор	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина (1000 ± 30) мг/л	Відповідає
2	Монореагент	2 x 100 мл флаконів	Розчин червоного кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(50 - 2000) мг/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає



Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В. ВТК

ПАСПОРТ
«БІЛОК-ПІРРОГАЛОЛ-200-Р»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
БІЛКУ В СЕЧІ ТА ЛІКВОРІ
ПІРРОГАЛОЛ-МОЛІБДЕНОВИМ МЕТОДОМ

IVD

REF

ПК 16.6-06

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібратор	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина (1000 ± 30) мг/л	Відповідає
2	Монореагент	2 x 100 мл флаконів	Розчин червоного кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(50 - 2000) мг/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.