



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 024-04

ПАСПОРТ
«ГАПТОГЛОБІН»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ГАПТОГЛОБІНУ ЗА РЕАКЦІЄЮ З РИВАНОЛОМ



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____


ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	2 x 10 мл флакона	Рідина червоного кольору без осаду, (5,0±0,1) г/л	Відповідає
2	Риванол	2 x 0,3 г флакона	Порошок лимонного кольору	Відповідає
3	Розчин сірчаноокислого амонію	1 x 30 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (10,0±0,2) %	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-2,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 10 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 024-04

ПАСПОРТ
«ГАПТОГЛОБІН»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ГАПТОГЛОБІНУ ЗА РЕАКЦІЄЮ З РИВАНОЛОМ



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	2 x 10 мл флакона	Рідина червоного кольору без осаду, (5,0±0,1) г/л	Відповідає
2	Риванол	2 x 0,3 г флакона	Порошок лимонного кольору	Відповідає
3	Розчин сірчаноокислого амонію	1 x 30 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (10,0±0,2) %	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-2,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 10 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.