



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«ГЕМОГЛОБІН ГЕМІХРОМНИЙ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ЗАГАЛЬНОГО ГЕМОГЛОБІНУ
ГЕМІХРОМНИМ МЕТОДОМ

IVD

REF БХ 026-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компоненти	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин	4 x 5 мл ампули	Рідина червоного кольору без осаду, (162,0 ± 3,0) г/л	Відповідає
2	Концентрований трансформуючий розчин	1 x 50 мл флакон	Рідина білого опалесцируючого кольору, можлива наявність осаду, (60,0±1,2) г/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	$(0-200,0)$ г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 2 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«ГЕМОГЛОБІН ГЕМІХРОМНИЙ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ЗАГАЛЬНОГО ГЕМОГЛОБІНУ
ГЕМІХРОМНИМ МЕТОДОМ

IVD

REF БХ 026-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компоненти	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин	4 x 5 мл ампули	Рідина червоного кольору без осаду, (162,0 ± 3,0) г/л	Відповідає
2	Концентрований трансформуючий розчин	1 x 50 мл флакон	Рідина білого опалесцируючого кольору, можлива наявність осаду, (60,0±1,2) г/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	$(0-200,0)$ г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 2 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Начальник ВТК Руденко Я.В.