



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 029-04

ПАСПОРТ
«ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ГЛІКОЗИЛЬОВАНОГО ГЕМОГЛОБІНУ
ЗА РЕАКЦІЄЮ З ТІОБАРБІТУРОВОЮ КИСЛОТОЮ



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, (250±3,7) мкмоль/л	Відповідає
2	Розчин фосфорної кислоти	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (85,0±1,7) %	Відповідає
3	Розчин ТХО	1 x 100 мл флакон	Прозора безбарвна рідина (40,0±0,8) %	Відповідає
4	Субстрат (тіобарбітурова кислота)	2 x 36 мг флакона	Порошок від білого до ледь рожевого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-25,0) мкмоль фруктози/г гемоглобіну		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 6 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 029-04

ПАСПОРТ
«ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ГЛІКОЗИЛЬОВАНОГО ГЕМОГЛОБІНУ
ЗА РЕАКЦІЄЮ З ТІОБАРБІТУРОВОЮ КИСЛОТОЮ



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, (250±3,7) мкмоль/л	Відповідає
2	Розчин фосфорної кислоти	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (85,0±1,7) %	Відповідає
3	Розчин ТХО	1 x 100 мл флакон	Прозора безбарвна рідина (40,0±0,8) %	Відповідає
4	Субстрат (тіобарбітурова кислота)	2 x 36 мг флакона	Порошок від білого до ледь рожевого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-25,0) мкмоль фруктози/г гемоглобіну		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 6 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.