



ПрАТ "Реагент"
49019
м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 035-04

ПАСПОРТ
«ЗАГАЛЬНІ ЛІПІДИ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ ЗА РЕАКЦІЄЮ
З СУЛЬФОФОСФОРОВАНИМ РЕАКТИВОМ



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ


Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл ампула	Ледь жовтувата рідина без осаду, (8,0±0,12) г/л	Відповідає
2	Фосфорно ваніліновий реактив	2 x 100 мл флакона	Прозора безбарвна або ледь жовтувата рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-20,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"
49019
м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 035-04

ПАСПОРТ
«ЗАГАЛЬНІ ЛІПІДИ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ ЗА РЕАКЦІЄЮ
З СУЛЬФОФОСФОРОВАНИМ РЕАКТИВОМ



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл ампула	Ледь жовтувата рідина без осаду, (8,0±0,12) г/л	Відповідає
2	Фосфорно ваніліновий реактив	2 x 100 мл флакона	Прозора безбарвна або ледь жовтувата рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-20,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.