



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«КАЛІБРАТОР БІЛКУ 10 Г/Л - 5 МЛ»
ДО КАЛІБРУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ 10,0 Г/Л

IVD

REF БХ 016.1-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин білку (10,0±0,3) г/л	1 x 5 мл флакон	Рідина ледь жовтуватого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	(0,03-10,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПАСПОРТ
«КАЛІБРАТОР БІЛКУ 10 Г/Л - 5 МЛ»
ДО КАЛІБРУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ 10,0 Г/Л

IVD

REF БХ 016.1-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин білку (10,0±0,3) г/л	1 x 5 мл флакон	Рідина ледь жовтуватого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	(0,03-10,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.