



ПрАТ "Реагент"
49019
м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18
REF BX 038-04

IVD

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОРИ ГЛЮКОЗИ: 5 x 5 МЛ»
ДО НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ГЛЮКОЗИ
ДЛЯ ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОГО ГРАФІКУ



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектість за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин глюкози № 1 (2,0±0,03) ммоль/л	1 х 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
2	Калібрувальний розчин глюкози № 2 (5,0±0,07) ммоль/л	1 х 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
3	Калібрувальний розчин глюкози № 3 (10,0±0,15) ммоль/л	1 х 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
4	Калібрувальний розчин глюкози № 4 (20,0±0,3) ммоль/л	1 х 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
5	Калібрувальний розчин глюкози № 5 (30,0±0,45) ммоль/л	1 х 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	(2,0–30,0) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"
49019
м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18
REF BX 038-04

IVD

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОРИ ГЛЮКОЗИ: 5 x 5 МЛ»
ДО НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ГЛЮКОЗИ
ДЛЯ ПОБУДОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОГО ГРАФІКУ



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин глюкози № 1 (2,0±0,03) ммоль/л	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
2	Калібрувальний розчин глюкози № 2 (5,0±0,07) ммоль/л	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
3	Калібрувальний розчин глюкози № 3 (10,0±0,15) ммоль/л	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
4	Калібрувальний розчин глюкози № 4 (20,0±0,3) ммоль/л	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
5	Калібрувальний розчин глюкози № 5 (30,0±0,45) ммоль/л	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	(2,0–30,0) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.