



ПрАТ "Реагент"  
49019  
м. Дніпро  
вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 038.3-04

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОР ГЛЮКОЗИ 10 ММОЛЬ/Л - 5 МЛ»  
ДО КАЛІБРУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ ГЛЮКОЗИ 10 ММОЛЬ/Л



ДВ 050  
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |                                                   |                 | Показники за ТУ          | Висновки перевірки |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| №                   | Компонент                                         | Об'єм           | Зовнішній вигляд, вміст  |                    |
| 1                   | Калібрувальний розчин глюкози (10,0±0,15) ммоль/л | 1 х 5 мл ампула | Прозора безбарвна рідина | Відповідає         |


Аналітичні показники

| № | Показник            | Значення за ТУ   | Отриманий | Висновки   |
|---|---------------------|------------------|-----------|------------|
| 1 | Діапазон визначення | (0–10,0) ммоль/л |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації | не більше 5 %    |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний калібрувальний розчин   | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006  
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"  
49019  
м. Дніпро  
вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 038.3-04

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОР ГЛЮКОЗИ 10 ММОЛЬ/Л - 5 МЛ»  
ДО КАЛІБРУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ ГЛЮКОЗИ 10 ММОЛЬ/Л



ДВ 050  
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |                                                   |                 | Показники за ТУ          | Висновки перевірки |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| №                   | Компонент                                         | Об'єм           | Зовнішній вигляд, вміст  |                    |
| 1                   | Калібрувальний розчин глюкози (10,0±0,15) ммоль/л | 1 х 5 мл ампула | Прозора безбарвна рідина | Відповідає         |

Аналітичні показники

| № | Показник            | Значення за ТУ   | Отриманий | Висновки   |
|---|---------------------|------------------|-----------|------------|
| 1 | Діапазон визначення | (0–10,0) ммоль/л |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації | не більше 5 %    |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний калібрувальний розчин   | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006  
Начальник ВТК Руденко Я.В.