



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОР КРЕАТИНІНУ 176 МКМОЛЬ/Л - 5 МЛ»
ДО КАЛІБРУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ
КРЕАТИНІНУ 176,8 МКМОЛЬ/Л

IVD

REF БХ 020.2-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин № 2 (176,8 ± 2,6) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	(0 - 176,8) мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ

«КАЛІБРАТОР КРЕАТИНІНУ 176 МКМОЛЬ/Л - 5 МЛ»
ДО КАЛІБРУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ
КРЕАТИНІНУ 176,8 МКМОЛЬ/Л

IVD

REF БХ 020.2-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин № 2 (176,8 ± 2,6) мкмоль/л	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон визначення	(0 - 176,8) мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний калібрувальний розчин	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.