



ПрАТ "Реагент"
49019
м. Дніпро,
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 58.2-06

ПАСПОРТ
«КАЛІЙ ТЕТРАФЕНІЛБОРАТНИЙ-100-Р»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ КАЛІЮ ТЕТРАФЕНІЛБОРАТНИМ
ТУРБИДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ



ДВ	056
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібратор	2 x 4 мл флаконів	Прозора безбарвна рідина, (5,0 ± 0,1) ммоль/л	Відповідає
2	Монореагент	2 x 50 мл флаконів	Прозора, від безбарвного до світло-бежевого кольору рідина	Відповідає


Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(1,0-10) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"
49019
м. Дніпро,
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 58.2-06

ПАСПОРТ
«КАЛІЙ ТЕТРАФЕНІЛБОРАТНИЙ-100-Р»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ КАЛІЮ ТЕТРАФЕНІЛБОРАТНИМ
ТУРБИДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ



ДВ	056
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібратор	2 x 4 мл флаконів	Прозора безбарвна рідина, (5,0 ± 0,1) ммоль/л	Відповідає
2	Монореагент	2 x 50 мл флаконів	Прозора, від безбарвного до світло-бежевого кольору рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(1,0-10) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.