



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«КРЕАТИНІН З ТХО»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ КРЕАТИНІНУ
МЕТОДОМ ЯФФЕ-ПОППЕРА З ДЕПРОТЕІНІЗАЦІЄЮ ТХО

IVD

REF БХ 018-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

№	Комплектність за ТУ		Показники за ТУ	Висновки перевірки
	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин	2 x 5 мл ампули	Прозора безбарвна рідина без осаду, (176,8 ± 2,6) мкмоль/л	Відповідає
2	Розчин пікринової кислоти	1 x 100 мл флакон	Рідина жовтого кольору (40,0 ± 0,8) ммоль/л	Відповідає
3	Розчин ТХО	1 x 100 мл флакон	Прозора безбарвна рідина (1,22 ± 0,2) моль/л	Відповідає
	Розчин гідроксиду натрію	1 x 100 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, (4,6 ± 0,1) %	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0 – 800,0) мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

№	Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
		За атестатом	Отримана	
1	серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.

ПАСПОРТ
«КРЕАТИНІН З ТХО»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ КРЕАТИНІНУ
МЕТОДОМ ЯФФЕ-ПОППЕРА З ДЕПРОТЕІНІЗАЦІЄЮ ТХО

IVD

REF БХ 018-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

№	Комплектність за ТУ		Показники за ТУ	Висновки перевірки
	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин	2 x 5 мл ампули	Прозора безбарвна рідина без осаду, (176,8 ± 2,6) мкмоль/л	Відповідає
2	Розчин пікринової кислоти	1 x 100 мл флакон	Рідина жовтого кольору (40,0 ± 0,8) ммоль/л	Відповідає
3	Розчин ТХО	1 x 100 мл флакон	Прозора безбарвна рідина (1,22 ± 0,2) моль/л	Відповідає
	Розчин гідроксиду натрію	1 x 100 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, (4,6 ± 0,1) %	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0 – 800,0) мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

№	Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
		За атестатом	Отримана	
1	серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.