



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	047
30.06.2016	

ТУ У 24.4-13433137-047-2003



ДВ	047
30.06.2016	

ТУ У 24.4-13433137-047-2003

ПАСПОРТ
«ЛДГ»

ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
АКТИВНОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СЕЧОСТАБІЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ
ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ МЕТОДОМ СЕВЕЛА-ТОВАРЕКА

IVD

REF АФ 004-01

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ		Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст, рН		
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина без осаду (1,0±0,02) ммоль/л		Відповідає
2	Буферний розчин № 1	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду рН (8,80±0,05)		рН Відповідає
3	Буферний розчин № 2	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду рН (8,80±0,05)		рН Відповідає
4	Субстрат (НАД)	1 x 45 мг флакон	Порошок білого кольору		Відповідає
5	Лактат натрію	1 x 1,5 мл флакон	Рідина жовтого або коричневого кольору, (4,50±0,09) ммоль/л		Відповідає
6	Розчин 2,4-ДНФГ	1 x 50 мл флакон	Рідина жовтого кольору, можлива наявність осаду (1,00±0,02) ммоль/л		Відповідає
7	Розчин гідроксиду натрію	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду (4,00±0,08) N		Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(0-11,0) ммоль/(год·мл)		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 7 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-047-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ДВ	047
30.06.2016	

ТУ У 24.4-13433137-047-2003

ПАСПОРТ
«ЛДГ»

ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
АКТИВНОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СЕЧОСТАБІЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ
ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ МЕТОДОМ СЕВЕЛА-ТОВАРЕКА

IVD

REF АФ 004-01

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина без осаду (1,0±0,02) ммоль/л	Відповідає
2	Буферний розчин № 1	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду рН (8,80±0,05)	рН Відповідає
3	Буферний розчин № 2	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду рН (8,80±0,05)	рН Відповідає
4	Субстрат (НАД)	1 x 45 мг флакон	Порошок білого кольору	Відповідає
5	Лактат натрію	1 x 1,5 мл флакон	Рідина жовтого або коричневого кольору, (4,50±0,09) ммоль/л	Відповідає
6	Розчин 2,4-ДНФГ	1 x 50 мл флакон	Рідина жовтого кольору, можлива наявність осаду (1,00±0,02) ммоль/л	Відповідає
7	Розчин гідроксиду натрію	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду (4,00±0,08) N	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(0-11,0) ммоль/(год·мл)		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 7 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-047-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.