



ПрАТ “Реагент”, 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ “Реагент”, 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

IVD

REF БХ 009-04

ПАСПОРТ

ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ
ЗАГАЛЬНОЇ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ
КІНЕТИЧНИМ УФ-МЕТОДОМ (ПІРУВАТ В ЛАКТАТ ПРИ 37 °С)
«ЛДГ-КІНЕТИКА-100-Р»

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ		Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН		
1	Буферний розчин	2 x 40 мл флакона	Безбарвна прозора рідина		Відповідає
2	Розчин субстрату	2 x 10 мл флакона	Безбарвна прозора рідина		Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(25 – 2000,0) Од/л; (0,41 – 3,33) мккат/л		Відповідає
2	Коефіцієнт Варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

РЕАГЕНТ

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

IVD

REF БХ 009-04

ПАСПОРТ

ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ
ЗАГАЛЬНОЇ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ
КІНЕТИЧНИМ УФ-МЕТОДОМ (ПІРУВАТ В ЛАКТАТ ПРИ 37 °С)
«ЛДГ-КІНЕТИКА-100-Р»

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ		Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН		
1	Буферний розчин	2 x 40 мл флакона	Безбарвна прозора рідина		Відповідає
2	Розчин субстрату	2 x 10 мл флакона	Безбарвна прозора рідина		Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(25 – 2000,0) Од/л; (0,41 – 3,33) мккат/л		Відповідає
2	Коефіцієнт Варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.