



ПрАТ "Реагент", 49019  
м. Дніпро, вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019  
м. Дніпро, вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562) 33-72-18



|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 047 |
| 30.06.2016 |     |

ТУ У 24.4-13433137-047-2003



|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 047 |
| 30.06.2016 |     |

ТУ У 24.4-13433137-047-2003

ПАСПОРТ  
«ЛУЖНА ФОСФАТАЗА»  
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ЛУЖНОЇ  
ФОСФАТАЗИ ЗА РЕАКЦІЄЮ З ФЕНІЛФОСФАТОМ  
(по кінцевій точці)

IVD

REF АФ 005-01

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ  
Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |                                             |                     | Показники за ТУ                                         | Висновки<br>перевірки |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| №                   | Компонент                                   | Об'єм               | Зовнішній вигляд, вміст, рН                             |                       |
| 1                   | Концентрований калібрувальний розчин фенолу | 1 x 5 мл ампула     | Прозора безбарвна рідина без осаду, (50,0±0,75) ммоль/л | Відповідає            |
| 2                   | Концентрований буферний розчин              | 1 x 50 мл флакон    | Прозора, ледь жовтувата рідина без осаду, рН (10±0,1)   | Відповідає            |
| 3                   | Субстрат                                    | 10 x 64 мг пробірки | Порошок білого кольору                                  | Відповідає            |
| 4                   | Розчин окислювача                           | 1 x 50 мл флакон    | Прозора безбарвна рідина без осаду (50,0±1,0) г/л       | Відповідає            |

Аналітичні показники

| № | Показник            | Значення за ТУ          | Отриманий | Висновки   |
|---|---------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 1 | Лінійна область     | (100-10000) нмоль/(с·л) |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації | не більше 7 %           |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний матеріал                | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-047-2003  
Начальник ВТК Руденко Я.В.

ПАСПОРТ  
«ЛУЖНА ФОСФАТАЗА»  
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ  
ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ ЗА РЕАКЦІЄЮ З ФЕНІЛФОСФАТОМ  
(по кінцевій точці)

IVD

REF АФ 005-01

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ  
Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |                                             |                     | Показники за ТУ                                         | Висновки<br>перевірки |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| №                   | Компонент                                   | Об'єм               | Зовнішній вигляд, вміст, рН                             |                       |
| 1                   | Концентрований калібрувальний розчин фенолу | 1 x 5 мл ампула     | Прозора безбарвна рідина без осаду, (50,0±0,75) ммоль/л | Відповідає            |
| 2                   | Концентрований буферний розчин              | 1 x 50 мл флакон    | Прозора, ледь жовтувата рідина без осаду, рН (10±0,1)   | Відповідає            |
| 3                   | Субстрат                                    | 10 x 64 мг пробірки | Порошок білого кольору                                  | Відповідає            |
| 4                   | Розчин окислювача                           | 1 x 50 мл флакон    | Прозора безбарвна рідина без осаду (50,0±1,0) г/л       | Відповідає            |

Аналітичні показники

| № | Показник            | Значення за ТУ          | Отриманий | Висновки   |
|---|---------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 1 | Лінійна область     | (100-10000) нмоль/(с·л) |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації | не більше 7 %           |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний матеріал                | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-047-2003  
Начальник ВТК Руденко Я.В.