



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«МЕТГЕМОГЛОБІН»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ МЕТГЕМОГЛОБІНУ
МЕТОДОМ ГОРЯЧКОВСЬКОГО

IVD

REF БХ 025-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____


ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ		Висновки перевірки
№	Компоненти	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст		
1	Натрій двовуглекислий	4 x 1,0 г флакона	Порошок білого кольору		Відповідає
2	Калій залізосиньородистий	2 x 0,2 г флакона	Порошок червоного кольору		Відповідає
3	Ацетонціангідрин	2 x 0,5 мл ампули	Прозора безбарвна рідина		Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0,6-60,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 2 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«МЕТГЕМОГЛОБІН»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ МЕТГЕМОГЛОБІНУ
МЕТОДОМ ГОРЯЧКОВСЬКОГО

IVD

REF БХ 025-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компоненти	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Натрій двовуглекислий	4 x 1,0 г флакона	Порошок білого кольору	Відповідає
2	Калій залізосиньородистий	2 x 0,2 г флакона	Порошок червоного кольору	Відповідає
3	Ацетонціангідрин	2 x 0,5 мл ампули	Прозора безбарвна рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0,6-60,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 2 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.