



IVD

ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18
REF БХ 030-04

ПАСПОРТ
«СЕРОГЛІКОЇДИ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ СЕРОГЛІКОЇДІВ (СУЛЬФОМУКОЇДІВ)
ТУРБИДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ХУЕРГО



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Розчин хлорної кислоти	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (3,60±0,07) моль/л	Відповідає
2	Розчин фосфорновольфрамової кислоти	1 x 40 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (5,0±0,1) %	Відповідає
3	Концентрований калібрувальний розчин № 1	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина 0,5 моль/л Можлива наявність осаду	Відповідає
4	Концентрований розчин хлориду барію	1 x 3 мл ампула	Прозора безбарвна рідина 48,0 ммоль/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	0-2 од екстинції; або 0-15 од S-H		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 10 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.



IVD

ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18
REF БХ 030-04

ПАСПОРТ
«СЕРОГЛІКОЇДИ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ СЕРОГЛІКОЇДІВ (СУЛЬФОМУКОЇДІВ)
ТУРБИДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ХУЕРГО



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Розчин хлорної кислоти	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (3,60±0,07) моль/л	Відповідає
2	Розчин фосфорновольфрамової кислоти	1 x 40 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (5,0±0,1) %	Відповідає
3	Концентрований калібрувальний розчин № 1	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина 0,5 моль/л Можлива наявність осаду	Відповідає
4	Концентрований розчин хлориду барію	1 x 3 мл ампула	Прозора безбарвна рідина 48,0 ммоль/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	0-2 од екстинції; або 0-15 од S-H		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 10 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.