



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ
«СЕЧОВА КИСЛОТА-ФОЛІНА-400 мл»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ ФОЛІНА ЗА РЕАКЦІЄЮ
З ФОСФОРНОВЛЬФРАМОВОЮ КИСЛОТОЮ
(400 мл робочого розчину + калібратор)

IVD

REF БП 007-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Концентрований калібрувальний розчин	1 x 3 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, (6,0±0,09) ммоль/л	Відповідає
2	Реактив Фоліна	1 x 50 мл флакон	Рідина ледь жовтувато-зеленуватого кольору	Відповідає
3	Вольфрамат натрію	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвного рідина (0,30±0,01) ммоль/л	Відповідає
4	Розчин підкислювачу	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвного рідина (0,70±0,02) ммоль/л	Відповідає
5	Карбонат натрію	1 x 20,5 г флакон	Кристалічний порошок білого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(60–1200) мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

№	Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
		За атестатом	Отримана	
1	серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В. **ОТК**



ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ
«СЕЧОВА КИСЛОТА-ФОЛІНА-400 мл»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ ФОЛІНА ЗА РЕАКЦІЄЮ
З ФОСФОРНОВЛЬФРАМОВОЮ КИСЛОТОЮ
(400 мл робочого розчину + калібратор)

IVD

REF БП 007-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Концентрований калібрувальний розчин	1 x 3 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду, (6,0±0,09) ммоль/л	Відповідає
2	Реактив Фоліна	1 x 50 мл флакон	Рідина ледь жовтувато-зеленуватого кольору	Відповідає
3	Вольфрамат натрію	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвного рідина (0,30±0,01) ммоль/л	Відповідає
4	Розчин підкислювачу	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвного рідина (0,70±0,02) ммоль/л	Відповідає
5	Карбонат натрію	1 x 20,5 г флакон	Кристалічний порошок білого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(60–1200) мкмоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

№	Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
		За атестатом	Отримана	
1	серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.