



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 31.1-06

ПАСПОРТ
ДО НАБОРУ РЕАГЕНІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ
ЕНЗИМАТИЧНИМ МЕТОДОМ З УРИКАЗОЮ (4:1)
«СЕЧОВА КИСЛОТА-УРИКАЗА-50-P»



ДВ 056
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібратор	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина (240,0 ± 2,0) мкмоль/л	Відповідає
2	Реагент 1	1 x 40 мл флакон	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
2	Реагент 2	1 x 10 мл флакон	Прозора безбарвна рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(18,44 - 1368) мкмоль/л (0,31 – 23) мг/дл		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

ОТК

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 31.1-06

ПАСПОРТ
ДО НАБОРУ РЕАГЕНІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ
ЕНЗИМАТИЧНИМ МЕТОДОМ З УРИКАЗОЮ (4:1)
«СЕЧОВА КИСЛОТА-УРИКАЗА-50-P»



ДВ 056
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібратор	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина (240,0 ± 2,0) мкмоль/л	Відповідає
2	Реагент 1	1 x 40 мл флакон	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
2	Реагент 2	1 x 10 мл флакон	Прозора безбарвна рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(18,44 - 1368) мкмоль/л (0,31 – 23) мг/дл		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.