



ПрАТ "Реагент"  
49019, м. Дніпро  
вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 31.5-06

ПАСПОРТ  
ДО НАБОРУ РЕАГЕНІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ  
СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ  
ЕНЗИМАТИЧНИМ МЕТОДОМ З УРИКАЗОЮ (4:1)  
«СЕЧОВА КИСЛОТА-УРИКАЗА-100-Р»



ДВ 056  
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |            |                   | Показники за ТУ                                 | Висновки перевірки |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| №                   | Компонент  | Об'єм             | Зовнішній вигляд, вміст, рН                     |                    |
| 1                   | Калібратор | 1 x 5 мл флакон   | Прозора безбарвна рідина (240,0 ± 2,0) мкмоль/л | Відповідає         |
| 2                   | Реагент 1  | 2 x 40 мл флакона | Прозора безбарвна рідина                        | Відповідає         |
| 2                   | Реагент 2  | 2 x 10 мл флакона | Прозора безбарвна рідина                        | Відповідає         |

Аналітичні показники

| № | Показник                   | Значення за ТУ                            | Отриманий | Висновки   |
|---|----------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Лінійна область визначення | (18,44 - 1368) мкмоль/л (0,31 – 23) мг/дл |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації        | не більше 5 %                             |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний матеріал                | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

ОТК

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013  
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"  
49019, м. Дніпро  
вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 31.5-06

ПАСПОРТ  
ДО НАБОРУ РЕАГЕНІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ  
СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ  
ЕНЗИМАТИЧНИМ МЕТОДОМ З УРИКАЗОЮ (4:1)  
«СЕЧОВА КИСЛОТА-УРИКАЗА-100-Р»



ДВ 056  
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |            |                   | Показники за ТУ                                 | Висновки перевірки |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| №                   | Компонент  | Об'єм             | Зовнішній вигляд, вміст, рН                     |                    |
| 1                   | Калібратор | 1 x 5 мл флакон   | Прозора безбарвна рідина (240,0 ± 2,0) мкмоль/л | Відповідає         |
| 2                   | Реагент 1  | 2 x 40 мл флакона | Прозора безбарвна рідина                        | Відповідає         |
| 2                   | Реагент 2  | 2 x 10 мл флакона | Прозора безбарвна рідина                        | Відповідає         |

Аналітичні показники

| № | Показник                   | Значення за ТУ                            | Отриманий | Висновки   |
|---|----------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Лінійна область визначення | (18,44 - 1368) мкмоль/л (0,31 – 23) мг/дл |           | Відповідає |
| 2 | Коефіцієнт варіації        | не більше 5 %                             |           | Відповідає |

Показники правильності

| Контрольний матеріал                | Значення концентрації |          | Висновки   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
|                                     | За атестатом          | Отримана |            |
| серія № _____<br>придатний до _____ |                       |          | Відповідає |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013  
Начальник ВТК Руденко Я.В.