



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18

ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ

**«СЕЧОВИНА-ДІАЦЕТИЛ-400 мл»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ СЕЧОВИНИ ЗА РЕАКЦІЄЮ З ДІАЦЕТИЛМОНООКСИМОМ
(400 мл робочого розчину + калібратор)**

IVD

REF БП 008-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду (15,0±0,2) ммоль/л	Відповідає
2	Концентрований розчин діацетилмонооксиму	2 x 5 мл ампули	Прозора рідина жовтого кольору. Можлива наявність кристалів	Відповідає
3	Концентрований розчин тіосемикарбазиду	2 x 5 мл ампули	Прозора безбарвної рідина. Можлива наявність осаду або кристалів	Відповідає
4	Концентрований розчин ТХО	1 x 3 мл ампула	Прозора безбарвна рідина (50,0±1,0) %	Відповідає
5	Концентрований розчин підкислювача	2 x 50 мл флакона	Прозора безбарвної рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(0,25-25,0) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

№	Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
		За атестатом	Отримана	
1	серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18

ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ

**«СЕЧОВИНА-ДІАЦЕТИЛ-400 мл»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ СЕЧОВИНИ ЗА РЕАКЦІЄЮ З ДІАЦЕТИЛМОНООКСИМОМ
(400 мл робочого розчину + калібратор)**

IVD

REF БП 008-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин	1 x 5 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду (15,0±0,2) ммоль/л	Відповідає
2	Концентрований розчин діацетилмонооксиму	2 x 5 мл ампули	Прозора рідина жовтого кольору. Можлива наявність кристалів	Відповідає
3	Концентрований розчин тіосемикарбазиду	2 x 5 мл ампули	Прозора безбарвної рідина. Можлива наявність осаду або кристалів	Відповідає
4	Концентрований розчин ТХО	1 x 3 мл ампула	Прозора безбарвна рідина (50,0±1,0) %	Відповідає
5	Концентрований розчин підкислювача	2 x 50 мл флакона	Прозора безбарвної рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(0,25-25,0) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

№	Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
		За атестатом	Отримана	
1	серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.