



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«СЕЧОВИНА УРЕАЗНА-600 МЛ/300 ПРОБ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СЕЧОВИНИ
ЗА РЕАКЦІЄЮ З САЛЦИЛАТГІПОХЛОРИТОМ - 600 мл/300 проб

IVD

REF БХ 023.2-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин № 1	1 x 2 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (8,1±0,1) ммоль/л	Відповідає
2	Калібрувальний розчин № 2	1 x 2 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (16,2±0,2) ммоль/л	Відповідає
3	Калібрувальний розчин № 3	1 x 2 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (32,4±0,5) ммоль/л	Відповідає
4	Субстратно-буферний р-н	3 x 100 мл флакона	Рідина світло-коричнювого кольору, рН (7,0±0,1)	рН Відповідає
5	Розчин уреаз	3 x 0,5 мл пробірки	Прозора безбарвного рідина, ≥ 2,5 кОд/мл	Відповідає
6	Гіпохлоритний реагент	3 x 100 мл флакона	Прозора безбарвного рідина з слабким запахом хлору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(1,0 – 32,4) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

№	Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
		За атестатом	Отримана	
1	серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В. **ОТК**



ДВ	050
31.03.2016	

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

ПАСПОРТ
«СЕЧОВИНА УРЕАЗНА-600 МЛ/300 ПРОБ»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СЕЧОВИНИ
ЗА РЕАКЦІЄЮ З САЛЦИЛАТГІПОХЛОРИТОМ - 600 мл/300 проб

IVD

REF БХ 023.2-04

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Калібрувальний розчин № 1	1 x 2 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (8,1±0,1) ммоль/л	Відповідає
2	Калібрувальний розчин № 2	1 x 2 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (16,2±0,2) ммоль/л	Відповідає
3	Калібрувальний розчин № 3	1 x 2 мл флакон	Прозора безбарвна рідина, (32,4±0,5) ммоль/л	Відповідає
4	Субстратно-буферний р-н	3 x 100 мл флакона	Рідина світло-коричнювого кольору, рН (7,0±0,1)	рН Відповідає
5	Розчин уреаз	3 x 0,5 мл пробірки	Прозора безбарвного рідина, ≥ 2,5 кОд/мл	Відповідає
6	Гіпохлоритний реагент	3 x 100 мл флакона	Прозора безбарвного рідина з слабким запахом хлору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область	(1,0 – 32,4) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

№	Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
		За атестатом	Отримана	
1	серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.