



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 031-04

ПАСПОРТ
«ЦЕРУЛОПЛАЗМІН»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ МЕТОДОМ РАВІНА



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Субстрат (солянокислий п-фенілендіамін)	4 x 63 мг флакона	Порошок світло-бузкового або світло-бежевого кольору	Відповідає
2	Концентрований ацетатний буфер	2 x 100 мл флакона	Прозора безбарвна рідина без осаду, рН (5,50±0,05)	Відповідає
3	Розчин фториду натрію	2 x 50 мл флакона	Прозора безбарвна рідина (3,0±0,1) %	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-600,0) мг/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 10 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.

РЕАГЕНТ
ОТК



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 031-04

ПАСПОРТ
«ЦЕРУЛОПЛАЗМІН»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ МЕТОДОМ РАВІНА



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Субстрат (солянокислий п-фенілендіамін)	4 x 63 мг флакона	Порошок світло-бузкового або світло-бежевого кольору	Відповідає
2	Концентрований ацетатний буфер	2 x 100 мл флакона	Прозора безбарвна рідина без осаду, рН (5,50±0,05)	Відповідає
3	Розчин фториду натрію	2 x 50 мл флакона	Прозора безбарвна рідина (3,0±0,1) %	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-600,0) мг/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 10 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.