



ПрАТ "РЕАГЕНТ"  
49019, Україна, м. Дніпро,  
вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562)33-72-18



|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 057 |
| 31.01.2017 |     |

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

IVD

REF

МБ 19.3-07

ПАСПОРТ  
ДО РОЗЧИНУ ТЕЛЛУРИТУ КАЛІЯ  
ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ  
«ТЕЛЛУРИТ КАЛІЯ 2 %-10x10 мл»

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність

| Комплектність за ТУ |                   |                      | Висновки перевірки |
|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| №                   | Компоненти        | Об'єм                |                    |
| 1                   | Теллурит калія 2% | 10 x 10 мл<br>ампули | <i>Відповідає</i>  |

Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |                   | Показники за ТУ             | Висновки перевірки |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| №                   | Компонент         | Зовнішній вигляд            |                    |
| 1                   | Теллурит калія 2% | Прозора<br>безбарвна рідина | <i>Відповідає</i>  |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-057:2013

Начальник ВТК



ПрАТ "РЕАГЕНТ"  
49019, Україна, м. Дніпро,  
вул. Ударників, 27  
Телефон: (0562)33-72-18



|            |     |
|------------|-----|
| ДВ         | 057 |
| 31.01.2017 |     |

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

IVD

REF

МБ 19.3-07

ПАСПОРТ  
ДО РОЗЧИНУ ТЕЛЛУРИТУ КАЛІЯ  
ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ  
«ТЕЛЛУРИТ КАЛІЯ 2 %-10x10 мл»

Номер партії \_\_\_\_\_ Виготовлений \_\_\_\_\_ Придатний до \_\_\_\_\_

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність

| Комплектність за ТУ |                   |                      | Висновки перевірки |
|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| №                   | Компоненти        | Об'єм                |                    |
| 1                   | Теллурит калія 2% | 10 x 10 мл<br>ампули | <i>Відповідає</i>  |

Фізико-хімічні показники

| Комплектність за ТУ |                   | Показники за ТУ             | Висновки перевірки |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| №                   | Компонент         | Зовнішній вигляд            |                    |
| 1                   | Теллурит калія 2% | Прозора<br>безбарвна рідина | <i>Відповідає</i>  |

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-057:2013

Начальник ВТК