



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ПрАТ "Реагент", 49019
м. Дніпро, вул. Ударників, 27
Телефон: (0562) 33-72-18



ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003



ДВ	049
28.09.2016	

ТУ У 24.4-13433137-049-2003

ПАСПОРТ
«ТИМОЛОВА ПРОБА»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТИМОЛОВОЇ ПРОБИ
ТУРБІДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ХУЕРГО-ПОППЕРА
(15 мл до 1000 мл робочого тимолового розчину + 2 калібратора)

IVD

REF БП 009-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Концентрований буферний розчин	1 x 16 мл флакон	Рідина блідо-рожевого кольору. рН (7,55-7,60) Можлива наявність осаду	рН Відповідає
2	Концентрований калібрувальний розчин № 1	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина 0,5 моль/л Можлива наявність осаду	Відповідає
3	Концентрований розчин хлориду барія	1 x 3 мл ампула	Прозора безбарвна рідина 48,0 ммоль/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-20,0) од S-H		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 8 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.

ПАСПОРТ
«ТИМОЛОВА ПРОБА»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТИМОЛОВОЇ ПРОБИ
ТУРБІДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ХУЕРГО-ПОППЕРА
(15 мл до 1000 мл робочого тимолового розчину + 2 калібратора)

IVD

REF БП 009-03

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст	
1	Концентрований буферний розчин	1 x 16 мл флакон	Рідина блідо-рожевого кольору. рН (7,55-7,60) Можлива наявність осаду	рН Відповідає
2	Концентрований калібрувальний розчин № 1	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина 0,5 моль/л Можлива наявність осаду	Відповідає
3	Концентрований розчин хлориду барія	1 x 3 мл ампула	Прозора безбарвна рідина 48,0 ммоль/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0-20,0) од S-H		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 8 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-049-2003
Начальник ВТК Руденко Я.В.