



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 42.3-06

ПАСПОРТ
«ТРИГЛЦЕРИДИ-БІ-500-Р»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ТРИГЛЦЕРИДІВ ФЕРМЕНТАТИВНИМ
(CHOD-PAP) МЕТОДОМ З БІРЕАГЕНТАМИ



ДВ 056
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

№	Комплектність за ТУ		Показники за ТУ	Висновки перевірки
	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, pH	
1	Калібратор	2 x 1,6 мл пробірки	Прозора безбарвна рідина (3,5±0,05) ммоль/л	Відповідає
2	Реагент 1	5 x 80 мл флаконів	Прозора рідина жовтуватого кольору	Відповідає
2	Реагент 2	1 x 100 мл флакон	Прозора рідина жовтуватого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0,1-12,43) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В. ОТК



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 42.3-06

ПАСПОРТ
«ТРИГЛЦЕРИДИ-БІ-500-Р»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ТРИГЛЦЕРИДІВ ФЕРМЕНТАТИВНИМ
(CHOD-PAP) МЕТОДОМ З БІРЕАГЕНТАМИ



ДВ 056
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

№	Комплектність за ТУ		Показники за ТУ	Висновки перевірки
	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, pH	
1	Калібратор	2 x 1,6 мл пробірки	Прозора безбарвна рідина (3,5±0,05) ммоль/л	Відповідає
2	Реагент 1	5 x 80 мл флаконів	Прозора рідина жовтуватого кольору	Відповідає
2	Реагент 2	1 x 100 мл флакон	Прозора рідина жовтуватого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0,1-12,43) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.