



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 032-04

ПАСПОРТ
«ФІБРИНОГЕН»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ФІБРИНОГЕНУ У ПЛАЗМІ КРОВІ
ЗА ГРАВІМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ РУТБЕРГА



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, pH	
1	Розчин цитрату натрію	2 x 20 мл флакона	Прозора безбарвна рідина без осаду (38,0±0,7) г/л	Відповідає
2	Розчин хлориду кальцію	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду (50,0±1,0) г/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон вимірювання	(0,7 – 5,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 10 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В. ОТК



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF БХ 032-04

ПАСПОРТ
«ФІБРИНОГЕН»
ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ФІБРИНОГЕНУ У ПЛАЗМІ КРОВІ
ЗА ГРАВІМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ РУТБЕРГА



ДВ 050
31.03.2016

ТУ У 24.4-13433137-050:2006

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, pH	
1	Розчин цитрату натрію	2 x 20 мл флакона	Прозора безбарвна рідина без осаду (38,0±0,7) г/л	Відповідає
2	Розчин хлориду кальцію	1 x 20 мл флакон	Прозора безбарвна рідина без осаду (50,0±1,0) г/л	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Діапазон вимірювання	(0,7 – 5,0) г/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 10 %		Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 24.4-13433137-050:2006
Начальник ВТК Руденко Я.В.