



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 63.1-06

ПАСПОРТ
«ХЛОРИДИ-ТИТРО»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ХЛОРИДІВ ТИТРОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ



ДВ 056
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

№	Комплектність за ТУ		Показники за ТУ	Висновки перевірки
	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібратор	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина без осаду, (100,0±1,5) ммоль/л	Відповідає
2	Дифенілкарбазон	1 x 0,1 г флакон	Кристалічний порошок помаранчового кольору	Відповідає
3	Розчин азотнокислої ртуті	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(20-200) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 63.1-06

ПАСПОРТ
«ХЛОРИДИ-ТИТРО»
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ХЛОРИДІВ ТИТРОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ



ДВ 056
31.01.2017

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

№	Комплектність за ТУ		Показники за ТУ	Висновки перевірки
	Компонент	Об'єм, вага	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Калібратор	1 x 5 мл ампула	Прозора безбарвна рідина без осаду, (100,0±1,5) ммоль/л	Відповідає
2	Дифенілкарбазон	1 x 0,1 г флакон	Кристалічний порошок помаранчового кольору	Відповідає
3	Розчин азотнокислої ртуті	1 x 50 мл флакон	Прозора безбарвна рідина	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(20-200) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 3 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.