



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 45.1-06



ПрАТ "Реагент"
49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 27
Телефон: (0562)33-72-18

IVD

REF ПК 45.1-06

ПАСПОРТ
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ХОЛЕСТЕРИНУ-ЛПНЩ (ХОЛЕСТЕРИНУ ЛППОПРОТЕЇНІВ
НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ) ПРЯМИМ МЕТОДОМ
«ХОЛЕСТЕРИН-ЛПНЩ-80/200-Р (ПРЯМИЙ)»



ДВ	056
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Реагент 1	2 x 30 мл флакон	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
2	Реагент 2	2 x 10 мл флакон	Прозора рідина жовтого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0,25-25,8) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.

РЕАГЕНТ

ОТК

ПАСПОРТ
ДО НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
ХОЛЕСТЕРИНУ-ЛПНЩ (ХОЛЕСТЕРИНУ ЛППОПРОТЕЇНІВ
НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ) ПРЯМИМ МЕТОДОМ
«ХОЛЕСТЕРИН-ЛПНЩ-80/200-Р (ПРЯМИЙ)»



ДВ	056
31.01.2017	

ТУ У 21.2-13433137-056:2013

Номер партії _____ Виготовлений _____ Придатний до _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Комплектність/Фізико-хімічні показники

Комплектність за ТУ			Показники за ТУ	Висновки перевірки
№	Компонент	Об'єм	Зовнішній вигляд, вміст, рН	
1	Реагент 1	2 x 30 мл флакон	Прозора безбарвна рідина	Відповідає
2	Реагент 2	2 x 10 мл флакон	Прозора рідина жовтого кольору	Відповідає

Аналітичні показники

№	Показник	Значення за ТУ	Отриманий	Висновки
1	Лінійна область визначення	(0,25-25,8) ммоль/л		Відповідає
2	Коефіцієнт варіації	не більше 5 %		Відповідає

Показники правильності

Контрольний матеріал	Значення концентрації		Висновки
	За атестатом	Отримана	
серія № _____ придатний до _____			Відповідає

Висновок ВТК: набір відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-056:2013
Начальник ВТК Руденко Я.В.